

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/16-19-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի  |         |                        |   |
|--------------------|---------------------|---------|------------------------|---|
|                    | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 4                  | Accuforce           | .       | Terumo                 | Բալոն չընդլայնվող գնդանոթով: Կաթետերի<br>երկարությունը` 145սմ: Հիդրոֆիլիկ ծածկույթով,<br>նոմինալ ճնշումը` 1216 ԿՊա, մաքսիմալ ճնշումը` 2229<br>ԿՊա 2.0-ից 4.0մմ տրամագծով բալոնների համար,<br>2026ԿՊա` 4.5մմ-ից 5.0մմ տրամագծով բալոնների<br>համար: Բալոնները եռաթև են, որը թույլ է տալիս<br>ճնշման արագ բարձրացումը բալոնի մեջ: Մուտքի ծայրի<br>տրամագիծը` 0.43մմ: Կախված վիրահատվող անոթի<br>տրամագծի չափից կաթետերի պահանջվող չափերն են<br>ըստ տրամագծի` 2.0;2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.25; 3.5;<br>3,75;4.0; 4.5; 5.0 մմ: Կախված անոթի վնասված մասի<br>չափից կաթետերի պահանջվող չափերն են ըստ<br>երկարության` 6մմ; 8մմ; 12մմ; 15մմ; 20մմ;25մմ; 30մմ:<br>Ֆորմատ` հատ: CE MARK կամ FDA որակի<br>վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն:</p> <p>Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:</p> |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦХЦПЗР-2024/16-19-БПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |       |                            |  |
|------------|--------------------|-------|----------------------------|--|
|            | товарный знак      | марка | наименование производителя | технические характеристики   |
| 4          | Accuforce          | .     | Terumo                     | Катетр с нерасширяемым баллоном, длина катетера не менее 145см. С гидрофильным покрытием, номинальное давление не менее: 1013 кПа, максимальное давление не менее: 2026 кПа для цилиндров диаметром от 2,0 до 4,0 мм, не менее 1624 кПа для цилиндров диаметром от 4,5 до 5,0 мм. Цилиндры трехлопастные, что позволяет быстро нагнетать давление в цилиндре. Диаметр входного наконечника не более 0,43 мм. В зависимости от величины диаметра оперируемого сосуда необходимые размеры катетера по диаметру: 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0 мм. В зависимости от размера поврежденной части сосуда требуемые размеры катетеров по длине 6 мм; 8 мм; 12 мм; 15 мм; 20 мм; 25 мм; 30 мм. Формат: шт. |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>Сертификаты качества CE MARK или FDA обязательны для любой поставляемой партии. Новый, неиспользованный, в стерильной заводской упаковке. Включает технические характеристики, функции и инструкции по использованию в виде заводского руководства. Наличие не менее 70% всего срока годности на момент поставки. Покупатель имеет право вернуть или заменить размер товара на другой размер по мере необходимости, если в наличии имеется не менее 50% всего срока годности товара.</p> |
|--|--|--|--|---|