

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/16-19-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի  |         |                        |  |
|--------------------|---------------------|---------|------------------------|--|
|                    | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 18                 | Radifocus Guidewire | .       | Terumo                 | Վաերի առանցքը նիտինոլից, պատված պոլիուրետանով, ռենտգենոկոնտրաստ: Ամբողջ աշխատանքային երկարությունը պատված է հատուկ ծածկույթով և գերճկուն է: Կիրառվում է բարդ վիրահատությունների ժամանակ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից կաթետերի պահանջվող չափերն են ըստ տրամագծի՝ 0.018" (0.46մմ), 0.025" (0.64մմ), 0.032" (0.81մմ), 0.035" (0.89մմ), 0.038" (0.97մմ): Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից կաթետերի պահանջվող չափերն են ըստ երկարության՝ 153 սմ (ձկուն ուղեւարի երկարությունը 150սմ է: Ծայրի ճկուն հատվածի երկարությունը 3սմ): Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK կամ FDA որակի վկայականների |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները,</p> <p>առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:</p> |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦХЦПР-2024/16-19-БПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар  |       |                            |   |
|------------|---------------------|-------|----------------------------|---|
|            | товарный знак       | марка | наименование производителя | технические характеристики  |
| 18         | Radifocus Guidewire | .     | Terumo                     | Ось ваера из нитинола, покрыт полиуретаном, рентгенконтрастный. Вся рабочая длина покрыта специальным покрытием и очень гибкая. Используется в сложных операциях. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда, требуемые размеры катетера по диаметру составляют 0,018 "(0,46 мм), 0,025" (0,64 мм), 0,032 "(0,81 мм), 0,035" (0,89 мм), 0,038 "(0,97 мм). В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда, требуемые размеры катетера по длине - 153 см, 158см. Формат: шт. CE MARK или FDA сертификат качества требуется для любой поставленной партии. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включить технические характеристики, спецификации и правила использования в виде заводского |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>руководства. Наличие по крайней мере 70% полного срока годности на момент доставки. Заказчик имеет право вернуть или заменить размер товара другим при необходимости, при условии наличия по крайней мере 50% от всего срока годности товара.</p> |
|--|--|--|--|--|