

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՏ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/16-19-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                    |                     |   |
|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|
|                 | ապրանքային նշանը   | մակնիշը            | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 34              | RX TREK, MINI TREK | RX TREK, MINI TREK | Abbott Vascular     | <p>Պետական պատվերով ստեղծված մասնաշաղկապի մատուցման նպատակով ձեռք բերվող բալոնային կաթետր RX տիպի, 0,014", կաթետրի երկարությունը՝ 145 սմ : Բալոնի նյութը՝ Պեբակս: Արտաքին հատվածում կրկնակի հիդրոֆիլային ծածկույթ և հիդրոֆոբային ծածկույթ՝ կաթետրի հատվածում: Բալոնի կրկնակի շերտի հաստությունը՝ 0,0014" (0.036 մմ) 2,25-5,0մմ չափսերի համար: Բալոնի նոմինալ բացման ճնշումը՝ առավելագույնը 8 մթն, պայթման առավելագույն ճնշումը՝ 14 մթն, ծայրի պրոֆիլը՝ 0,017" (0.43) , ծայրի երկարությունը՝ 3մմ, շափթի պրոքսիմալ/դիստալ մասի տրամագիծը՝ 2,1/2,4F: Շափթի մեջ ինտեգրված վոլֆրամային ռենտգեն-կոնտրաստ նշանակիրներ նվազագույնը 1,0 մմ երկարությամբ: Կախված վիրահատվող անոթի</p> |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>տրամագծից բալոնի պահաջվող չափերն են ըստ տրամագծերի՝ 1.2, 1.5, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 մմ,։ Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից բալոնի պահանջվող չափերն են ըստ երկարության՝ 6մմ (առնվազն 1.2-4.0 տրամագծերի դեպքում), 8մմ (առնվազն 1.2-4.0 տրամագծերի դեպքում), 12մմ (առկա բոլոր տրամագծերի դեպքում), 15մմ (առկա բոլոր տրամագծերի դեպքում), 20մմ (առնվազն 1.2-4.0 տրամագծերի դեպքում), 25մմ (առնվազն 2.0-4.0 տրամագծերի դեպքում), 30 մմ (առնվազն 2.0-4.0 տրամագծերի դեպքում): Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն:</p> <p>Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:</p> |
|--|--|--|---|





# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

## предлагаемого товара

UFGSUS UFG в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом EUQWQF-2024/16-19-6UFL ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |       |                            |                            |
|------------|--------------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | товарный знак      | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 34         |                    |       |                            |                            |