

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌՈՍԱ ՍՊԸ-ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-41/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Թեստ-հավաքածու՝ FLEX SC9	RADIOMETER	FLEX SC9	RADIOMETER	Թեստ-հավաքածու՝ FLEX SC9 Նախատեսված արյան գազերի վերլուծիչի համար: Չափող պարամետրները՝ PH, PO2, PCO2, Na, K, Ca, Cl, Hct. Թեստ- հավաքածուն պետք է համատեղելի լինի ABL9 մոդելի արյան գազերի վերլուծիչի հետ: Հավաքածուն նախատեսված է 300 հետազոտությունների համար: Պիտանելիության ժամկետը տեղադրման պահից 60 օր: Ֆիրմայի նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8C: '- Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը

				<p>լրանալուց հետո չմատակարարված (չհրացված) չափաքանակների մասով պայմանագիրը կլուծվի, ապրանքի մատակարարման ժամկետը պայմանագրով նախատեսված կողմերի հրավուճումների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում:</p> <p>Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 200004-ЕЦДКПЗР-41/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					