

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

SPS GROUP-ն ԳՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Resonance	Resonance	R37A կամ R27A	Resonance (ITALY)	Դյուրակիր սարքը նախատեսված է լսողության փորձարկման համար, սարքը 7 դույմ թվային, գունավոր Էկրան, ինչը հնարավորություն կտա պատկերը ներկայացնել մաքուր և հեշտ ընթեռնելի աուդիոգրամների համար, ստեղնաշարը հարմարավետ դիզայնով, լարումը լինի 220-240Վ, 50/60 ՀՑ հաճախականություն, ունի լեզվի ընտրության հանարավորություն, սարքը պետք է ունենա ճկուն փորձարկման մարտկոց, ինչպես նաև հարմարավետ աշխատանքային պայմաններ՝

					<p>անիվներ, քաշը 3,5 կգ սարքի ինտենսիվացումը 10-120 դՔ, ներկառուցված խոսափող և բարձրախոս, ունի աուդիոմետրիկ ականջակալներ, հիվանդի արձագանքման կոճակ, սարքը ունի 100-ից ավելի հիվանդների տվյալների պահպանման հնարավորություն, հոսանքի մալուխ, առկա է գործողության ձեռնարկ, առնվազն 12 ամսվա երաշխիքային ժամկետ , Որակի հավաստագրեր առնվազն` ISO, CE, FDA, IVDR , տեղափոխման հարմարավետ պայուսակ, սարքը նոր է չօգտագործված:</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

SPS GROUP в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Resonance	Resonance	R37A կամ R27A	Resonance (ITALY)	Դյուրակիր սարքը նախատեսված է լսողության փորձարկման համար, սարքը 7 դույմ թվային, գունավոր էկրան, ինչը հնարավորություն կտա պատկերը ներկայացնել մաքուր և հեշտ ընթեռնելի աուդիոգրամների համար, ստեղնաշարը հարմարավետ դիզայնով, լարումը լինի 220-240Կ, 50/60 ՀՑ հաճախականություն, ունի լեզվի ընտրության հանարավորություն, սարքը պետք է ունենա ճկուն փորձարկման մարտկոց, ինչպես նաև հարմարավետ աշխատանքային պայմաններ`

					<p>անիվներ, քաշը 3,5 կգ սարքի ինտենսիվացումը 10-120 դԲ, ներկառուցված խոսափող և բարձրախոս, ունի աուդիոմետրիկ ականջակալներ, հիվանդի արձագանքման կոճակ, սարքը ունի 100-ից ավելի հիվանդների տվյալների պահպանման հնարավորություն, հոսանքի մալուխ, առկա է գործողության ձեռնարկ, առնվազն 12 ամսվա երաշխիքային ժամկետ , Որակի հավաստագրեր առնվազն` ISO, CE, FDA, IVDR , տեղափոխման հարմարավետ պայուսակ, սարքը նոր է չօգտագործված:</p>
--	--	--	--	--	---