

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Երմեդ ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | ZERONE Co., Ltd. | Electrosurgical Unit | ZEUS 200S | ZERONE Co., Ltd. | Էլեկտրաբուժական սարք 200 Վտ; Բարձր հաճախականության Էլեկտրավիրաբուժական սարք, որը տարբեր ոլորտներում օգտագործվում է միաբևեռ և երկբևեռ վիրաբուժություն իրականացնելու համար, որտեղ անհրաժեշտ է բարձր ճշգրտություն և հուսալիություն; Առավելագույն էլքային հզորություն միաբևեռ մաքուր կտրման ռեժիմի համար` 200 Վտ 200 Օ-ի համար; Առավելագույն էլքային հզորություն միաբևեռ կոագուլացիայի ռեժիմ` 80 Վտ 200 Օ- |

ի համար ; Առավելագույն ելք
երկբևեռ կոագուլացիայի ռեժիմ` 80
Վտ 100 Չ-ի համար ; Ունի 3
միաբևեռ կտրվածք (մաքուր,
խառնուրդ 1, 2), 2 միաբևեռ
կոագուլացիա (կոնտակտ,
ցողացիր), 1 երկբևեռ
կոագուլացիա; Միաբևեռ կտրվածք.
Ունի կտրվածք, խառնուրդ 1, 2;
Միաբևեռ կոագուլացիա.; ունի
կոնտակտ և ցողացիր միաբևեռ
կոագուլացիա; Երկբևեռ
կոագուլացիա.; ունի մաքուր
երկբևեռ կոագուլացիա ;
Ակտիվացում; ունի երկթաթային
ոտնակ` միաբևեռ կտրման և
միաբևեռ կոագուլացիայի համար,
միանգամյա օգտագործվող
երկկոճակ բռնակ; ունի երկբևեռ
ունելի; Վերահսկում;
Միկրոպրոցեսորների կառավարման
համակարգ, բոլոր պարամետրերի
շարունակական մոնիտորինգ;
Կարգավորումներ.; Պարամետրերի
կարգավորումները առջևի
վահանակի վրա; Անվտանգություն;
Չեզոք էլեկտրոդի անվտանգության
շղթա կամ NEM (Չեզոք էլեկտրոդի
մոնիտորինգ) կամ REM (հակադարձ

Էլեկտրոդի հսկողություն՝ վերահսկում է հիվանդի և չեզոք էլեկտրոդի միջև շփման տարածքի չափը; Վատ կոնտակտը ծանուցվում է տեսողական և ձայնային տազնապով և ուժի անհապաղ նվազեցմամբ; Գեներատոր; Ազատ տատանիչների սկզբունքի համաձայն աշխատող բարձր հաճախականության գեներատոր; Դասակարգում և տեսակ. I - CF - արտահոսք հիվանդի վրա 10μA; Ելքային շղթա. Լողացող - պաշտպանված դեֆիբրիլյատորային միջամտություններից: HF արտահոսքը համաձայն IEC 60601-2-2; Սնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց; Պարագաներ ; Բազմակի օգտագործման երկկոճակ բռնակ; Միաբևեռ բռնակ և մալուխ, 1 հատ; Երկթաթային ոտնակ, մեկթաթային ոտնակ; Սիլիկոնային չեզոք էլեկտրոդ (1 հատ), միանգամյա օգտագործման խնամյալի էլեկտրոդ (5 հատ);1 էլեկտրոդի հավաքածու՝ դանակ x1, գնդակ x1, օղակ x1, ասեղ x1, ասեղ անկյունով x1.; Ունեւին ապահովված է ստանդարտ միացուցիչներով ; Ուղիղ ունեւի մոտ

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>17,8 սմ 1,0 վերջույթով; Բազմակի օգտագործման երկբևեռ ունեւիային մալուխ; Լրակազմ և պարագաներ; Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ; Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն;Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված; Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը 12 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ερμής ΟΑΕ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ΕΡЧ-ΕΠΔΟΠΩΡ-24/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | | | | | |