

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Էլեկտրական վիրահատական սեղան	Էլեկտրական վիրահատական սեղան	Էլեկտրական վիրահատական սեղան	Էլեկտրական վիրահատական սեղան	Էլեկտրական վիրահատական սեղան Ռենտգեն թափանցիկ, Նախատեսված Ց-աղեղի և անգիոգրաֆի հետ համատեղ աշխատանքի համար, համալրված օրթոպեդիկ կցորդով: Սեղանի տեխնիկական պարամետրերը` Արտաքին չափսերը` երկարությունը առնվազն 2150մմ, լայնությունը առնվազն 560մմ, բարձրությունը կարգաբերվող առնվազն 750-1000մմ տիրույթում: Հակադարձ տրենդելենբուրգ` առնվազն 0-25° Տրենդելենբուրգ` առնվազն 0-25° Մեջքի մասի թեքում առնվազն

վերև/ներքև՝ 70°/15° Կողային թեքություն ձախ/աջ՝ առնվազն 0-15°

Գլխամասի թեքում առնվազն վեր/ներքև 30°/90° Ոտքի թիթեղը ներքև՝ 90° Երկամային կամրջի բարձրությունը՝ առնվազն 0-110 մմ Ոտքի թիթեղի հորիզոնական թեքում առնվազն՝ 90° Հորիզոնական սահք՝ առնվազն 0-350 մմ Անվտանգ աշխատանքային բեռ՝ առնվազն 270 կգ Արգելակի առկայություն

Ներքևակը կայուն հեղուկ քիմիական ախտահանող նյութերին, մարմնի «հիշողության» հատկությունով

Ներկառուցված մարտկոցի առկայություն, նախատեսված առնվազն 120 ամբողջական աշխատանքային ցիկլի համար

Կառավարումը ներկառուցված և ձեռքի կառավարման վահանակի միջոցով Պատրաստման նյութը չժանգոտվող մետաղ, 304 կամ ավել դասի Կցորդի տեխնիկական պարամետրերը՝ Արտաքին չափսերը՝ երկարությունը կարգաբերվող առնվազն 1700-1900մմ տիրույթում, լայնությունը ոչ ավել քան 480մմ, բարձրությունը կարգաբերվող առնվազն 770-1100մմ տիրույթում:

Ձգման տիրույթը առնվազն 0-200մմ կամ ավել Պատրաստման կյուրը չժանգոտվող մետաղ կամ ածխածնային մանրաթել Արգելակի առկայությունը Լրակազմում առնվազն. կառավարման վահանակ՝ 1 հատ, մահճակալի շրջանակ՝ 1 հատ, ներքնակ՝ 1 հավաքածու, անզգայացման Էկրանի շրջանակ՝ 1 հատ, ուսի հենակներ՝ 2 հատ, թևատակ՝ 2 հատ, ոտքերի հենարան՝ 2 հատ, ծնկների հենարան՝ 2 հատ, ձեռքերի հենարան՝ 2 հատ, արմուկների հենարան՝ 2 հատ: Լրակազմում պետք է ներառված լինեն բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ, Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից: Երաշխիք՝ առնվազն 12 ամիս: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Որակի սերտիֆիկատների պարտադիր առկայությունը առնվազն՝ ISO13485, CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA: Արտադրողի կողմից

					մատակարարին տրված հավաստագրի առկայություն սույն ծածկագրով գնանշման հարցմանը մասնակցելու և մատակարարման մասին:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРЧ-ЕԱՃԱՊՁԲ-24/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Էլեկտրական վիրահատական սեղան	Էլեկտրական վիրահատական սեղան	Էլեկտրական վիրահատական սեղան	Էլեկտրական վիրահատական սեղան	Էլեկտրական վիրահատական սեղան Ռենտգեն թափանցիկ, նախատեսված Ց-աղեղի և անգիոգրաֆի հետ համատեղ աշխատանքի համար, համալրված օրթոպեդիկ կցորդով: Սեղանի տեխնիկական պարամետրերը՝ Արտաքին չափսերը՝ երկարությունը առնվազն 2150մմ, լայնությունը առնվազն 560մմ, բարձրությունը կարգաբերվող առնվազն 750-1000մմ տիրույթում: Հակադարձ տրենդելենբուրգ՝ առնվազն 0-25° Տրենդելենբուրգ՝ առնվազն 0-25° Մեջքի մասի թեքում առնվազն

վերև/ներքև՝ 70°/15° Կողային թեքություն ձախ/աջ՝ առնվազն 0-15°

Գլխամասի թեքում առնվազն վեր/ներքև 30°/90° Ոտքի թիթեղը ներքև՝ 90° Երկամային կամրջի բարձրությունը՝ առնվազն 0-110 մմ Ոտքի թիթեղի հորիզոնական թեքում առնվազն՝ 90° Հորիզոնական սահք՝ առնվազն 0-350 մմ Անվտանգ աշխատանքային բեռ՝ առնվազն 270 կգ Արգելակի առկայություն

Ներքևակը կայուն հեղուկ քիմիական ախտահանող նյութերին, մարմնի «հիշողության» հատկությունով

Ներկառուցված մարտկոցի առկայություն, նախատեսված առնվազն 120 ամբողջական աշխատանքային ցիկլի համար

Կառավարումը ներկառուցված և ձեռքի կառավարման վահանակի միջոցով Պատրաստման նյութը չժանգոտվող մետաղ, 304 կամ ավել դասի Կցորդի տեխնիկական պարամետրերը՝ Արտաքին չափսերը՝ երկարությունը կարգաբերվող առնվազն 1700-1900մմ տիրույթում, լայնությունը ոչ ավել քան 480մմ, բարձրությունը կարգաբերվող առնվազն 770-1100մմ տիրույթում:

Ձգման տիրույթը առնվազն 0-200մմ կամ ավել Պատրաստման կյուրը չժանգոտվող մետաղ կամ ածխածնային մանրաթել Արգելակի առկայությունը Լրակազմում առնվազն. կառավարման վահանակ՝ 1 հատ, մահճակալի շրջանակ՝ 1 հատ, ներքնակ՝ 1 հավաքածու, անզգայացման Էկրանի շրջանակ՝ 1 հատ, ուսի հենակներ՝ 2 հատ, թևատակ՝ 2 հատ, ոտքերի հենարան՝ 2 հատ, ծնկների հենարան՝ 2 հատ, ձեռքերի հենարան՝ 2 հատ, արմուկների հենարան՝ 2 հատ: Լրակազմում պետք է ներառված լինեն բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ, Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից: Երաշխիք՝ առնվազն 12 ամիս: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Որակի սերտիֆիկատների պարտադիր առկայությունը առնվազն՝ ISO13485, CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA: Արտադրողի կողմից

					մատակարարին տրված հավաստագրի առկայություն սույն ծածկագրով գնանշման հարցմանը մասնակցելու և մատակարարման մասին:
--	--	--	--	--	---