ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեքնոլաբ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/130 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	Fluke	Fluke	Fluke 115 Digital Multimeter	Fluke	True-RMS դասի բազմաֆունկցիոնալ պրոֆեսիոնալ գործիք նախատեսված էլեկտրական և էլեկտրոնային թեստավորման համար այնպիսի կիրառություններում, երբ պահանջվում է ավելին քան բազային ֆունկցիաներն են: Պետք է ունենա՝ Հեղուկբյուրեղային էկրան՝ տակից լուսավորմամբ, նախատեսված թույլ լուսավորված տարածքներում չափումների համար, Min/Max/Average հնարավորություն՝ ազդանշանի տատանումները գրանցելու համար,

						□ Անվտանգության CAT III 600 Վ կատեգորիա։ Տեխնիկական բնութագրերը՝ □ Առավելագույն լարումը ցանկացած հպակի և հողակցման միջև՝ 600 Վ, □ Պաշտպանություն լարման արտանետումներից՝ 6 կՎ պիկային, համաձայն IEC 61010-1 600V կատեգորիա III-ի, աղտոտման աստիճան 2, □ Դիսփլեյ՝ թվային, առնվազն 6000 հաշվարկի միավոր, առնվազն 4 թարմացում մեկ վայրկյանում, □ Սյունակավոր դիագրամ՝ առնվազն 30 սեգմենտից բաղկացած, առնվազն 20 թարմացում մեկ վայրկյանում, □ Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ առնվազն -10°C -ից մինչև +50°C, □ Պահպանման պայմանները՝ առնվազն -40°C-ից մինչև +60°C, □ Մարտկոցի տեսակը՝ 9 Վ ալկալիական, NEDA 1604A կամ IEC 6LR61, □ Մարտկոցի աշխատաժամանակը՝ առնվազն 400 ժամ (առանց տակից լուսավորման)։ Ճշգրտության բնութագրերը՝ DC լարումը միլիվոլտերով՝ □ Աշխատանքային ընդգրկույթը՝ 600.0 մՎ, □ Լուծաչափը՝ ոչ ավելի վատ,

						քան 0.1 մՎ, Սխալանքը -- ± ([% ցուցմունքի] + [հաշվարկի միավոր])՝ ոչ ավելի վատ, քան 2.0% + 3։ DC լարումը վոլտերով՝ Աշխատանքային ընդգրկույթը/լուծաչափ՝ 6.000 Վ / ոչ ավելի վատ, քան 0.001 Վ, Աշխատանքային ընդգրկույթը/լուծաչափ՝ 60.00 Վ / ոչ ավելի վատ, քան 0.01 Վ Աշխատանքային ընդգրկույթը/լուծաչափ՝ 600.00 Վ / ոչ ավելի վատ, քան 0.1 Վ Սխալանքը -- ± ([% ցուցմունքի] + [հաշվարկի միավոր])՝ ոչ ավելի վատ, քան 0.5% + 2։ AC լարումը միլիվոլտերով (True RMS)՝ Աշխատանքային ընդգրկույթը՝ 600.0 մՎ, Լուծաչափը՝ ոչ ավելի վատ, քան 0.1 մՎ, Սխալանքը -- ± ([% ցուցմունքի] + [հաշվարկի միավոր])՝ ոչ ավելի վատ, քան 1.0% + 3 (հաստատուն հոսանք, 45 Հց-ից մինչև 500 Հց), ոչ ավելի վատ, քան 2.0% + 3 (500 Հց-ից մինչև 1 կՀց)։ AC լարումը վոլտերով (True RMS)՝ Աշխատանքային ընդգրկույթը/լուծաչափ՝ 6.000 Վ / ոչ ավելի վատ, քան 0.001 Վ,

						Աշխատանքային ընդգրկույթը/լուծաչափ՝ 60.00 Վ / ոչ ավելի վատ, քան 0.01 Վ Աշխատանքային ընդգրկույթը/լուծաչափ՝ 600.00 Վ / ոչ ավելի վատ, քան 0.1 Վ Սխալանքը -- ± ([% ցուցմունքի] + [հաշվարկի միավոր])՝ ոչ ավելի վատ, քան 1.0% + 3 (հաստատուն հոսանք, 45 Հց-ից մինչև 500 Հց), ոչ ավելի վատ, քան 2.0% + 3 (500 Հց-ից մինչև 1 կՀց)։ Դիմադրություն՝ Աշխատանքային ընգրկույթը-լուծաչափը՝ 600.0 Օմ – ոչ ավելի վատ, քան 0.1 Օմ 6.000 կՕմ – ոչ ավելի վատ, քան 0.001 կՕմ 60.000 կՕմ – ոչ ավելի վատ, քան 0.01 կՕմ 600.000 կՕմ – ոչ ավելի վատ, քան 0.1 կՕմ 6.000 ՄՕմ – ոչ ավելի վատ, քան 0.001 ՄՕմ (սխալանքը ոչ ավելի վատ, քան 0.9% + 1) 40.00 ՄՕմ – ոչ ավելի վատ, քան 0.01 ՄՕմ (սխալանքը ոչ ավելի վատ, քան 5% + 2) Դիոդի թեստավորում՝ Աշխատանքային ընգրկույթը/Լուծաչափը՝ 2.00 Վ / ոչ ավելի վատ, քան 0.001 Վ, Սխալանքը՝ ոչ ավելի վատ, քան 0.9% + 2։ Ունակություն՝ Աշխատանքային ընգրկույթը-

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Технолаб ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/130 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
13	Fluke	Fluke	Fluke 115 Digital Multimeter	Fluke	Многофункциональный профессиональный прибор класса True-RMS для электрических и электронных тестирований в приложениях, где требуется больше, чем базовые функции. Должен иметь: ЖК дисплей с белой подсветкой для измерений в слабоосвещенных местах, Min/Max/Average для регистрации колебаний сигналов, Категория безопасности CAT III 600 В. Технические характеристики Максимальное напряжение между любым контактом и заземлением` лուծաչափը՝ 1000 նՖ – ոչ ավելի վատ, քան 1 նՖ, 10.00 մկՖ – ոչ ավելի վատ, քան 0.01 մկՖ, 100.0 մկՖ – ոչ ավելի վատ, քան 0.1 մկՖ, 9999 մկՖ – ոչ ավելի վատ, քան 1 մկՖ: Lo-Z ցածր մուտքային ունակություն՝ Աշխատանքային ընգրկույթը՝ առնվազն 1 նՖ-ից մինչև 500 մկՖ, Սխալականը՝ ոչ ավելի վատ քան 10% + 2: AC հոսանքը ամպերներով (45 Հց-ից մինչև 500 Հց)՝ Աշխատանքային ընգրկույթը/Լուծաչափը՝ 6.000 Ա / ոչ ավելի վատ, քան 0.001 Ա; 10.00 Ա / ոչ ավելի վատ, քան 0.01 Ա, Սխալականը՝ ոչ ավելի վատ, քան 1.5 % + 3: DC հոսանքը ամպերներով՝ Աշխատանքային ընգրկույթը/Լուծաչափը՝ 6.000 Ա / ոչ ավելի վատ, քան 0.001 Ա; 10.00 Ա / ոչ ավելի վատ, քան 0.01 Ա, Սխալականը՝ ոչ ավելի վատ, քան 1 % + 3: Ներառյալ՝ պատյան, 9 Վ մարտկոց (տեղադրված), 4 մմ-անոց սիլիկոնե չափիչ հաղորդալարերի կոմպլեկտ: Էրգաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի:

						600 В, Защита от выбросов напряжения` 6 кВ пиковое, согласно требованиям IEC 61010-1 600 В Кат. III, Степень загрязнения 2,  Дисплей` Цифровой, как минимум 6 000 единиц счета, как минимум 4 обновления в секунду, Гистограмма` как минимум 30 сегмента, как минимум 20 обновления в секунду,  Рабочая температура` как минимум от -10°C до +50°C, Температура хранения` как минимум от -40°C до +60°C,  Тип элемента питания` щелочная батарея 9 В, NEDA 1604A или IEC 6LR61, Время работы батареи` как минимум 400 часов без подсветки. Характеристики точности` DC напряжение в милливольтах`  Диапазон: 600.0 мВ,  Разрешение: не хуже 0.1 мВ,  Погрешность-- ± ([%показаний] + [единиц счета])` не хуже 2.0% + 3. DC напряжение в вольтах` Диапазон/разрешение: 6.000 В / не хуже 0.001 В, Диапазон/разрешение: 60.00 В / не хуже 0.01 В, Диапазон/разрешение: 600.00 В / не хуже 0.1 В, Погрешность -- ±

						([%показаний] + [единиц счета])` не хуже 0.5% + 2. AC напряжение в милливольтах (True RMS)` □ Диапазон: 600.0 мВ, □ Разрешение: не хуже 0.1 мВ, □ Погрешность -- ± ([%показаний] + [единиц счета])` не хуже 1.0% + 3 (постоянный ток, от 45 Гц до 500 Гц), не хуже 2.0% + 3 (от 500 Гц до 1 кГц). AC напряжение в вольтах (True RMS)` □ Диапазон/разрешение: 6.000 В / не хуже 0.001 В, □ Диапазон/разрешение: 60.00 В / не хуже 0.01 В, □ Диапазон/разрешение: 600.00 В / не хуже 0.1 В, □ Погрешность -- ± ([%показаний] + [единиц счета])` не хуже 1.0% + 3 (постоянный ток, от 45 Гц до 500 Гц), не хуже 2.0% + 3 (от 500 Гц до 1 кГц). Сопротивление: Диапазон/разрешение: □ 600.0 Ом – не хуже 0.1 Ом □ 6.000 кОм – не хуже 0.001 кОм □ 60.000 кОм – не хуже 0.01 кОм □ 600.000 кОм – не хуже 0.1 кОм □ 6.000 МОм – не хуже 0.001 МОм (Погрешность не хуже 0.9% + 1) □ 40.00 МОм – не хуже 0.01 МОм (Погрешность не хуже 5%

					+ 2) Проверка диодов: Диапазон/разрешение: 2.00 В / не хуже 0.001 В, Погрешность: не хуже 0.9% + 2: Емкость: Диапазон/разрешение: 1000 нФ – не хуже 1 нФ, 10.00 мкФ – не хуже 0.01 мкФ, 100.0 мкФ – не хуже 0.1 мкФ, 9999 мкФ – не хуже 1 мкФ. LoZ низкая входная емкость: Диапазон: как минимум от 1 нФ до 500 мкФ, Погрешность: не хуже 10% + 2: AC ток в микроамперах (от 45 Гц до 500 Гц): Диапазон/разрешение: 6.000 A / не хуже 0.001 A; 10.00 A / не хуже 0.01 A, Погрешность: не хуже 1.5 % + 3. DC ток в амперах: Диапазон/разрешение: 6.000 A / не хуже 0.001 A; 10.00 A / не хуже 0.01 A, Погрешность: не хуже 1 % + 3. Включая: Чехол, Батарея 9 В (установлена), Набор силиконовых измерительных проводов 4-мм. Срок гарантии: не менее 1 года.