

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ՀՀ ՇՄԱ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/013 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
66	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Բժշկական կահույք	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N1239-Ն որոշման, ՀՀ Առողջապահության նախարարության N867 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Բժշկական պարագաների պահարանի չափսերը՝ 600 x 450 x 900 մմ ( L x Խ x Բ), այն մեջտեղից կիսված մեկ դարակաշարով: Կմախքը մետաղից է, ունի երկու ապակե դուռե, երեք շիկացած ապակե շարահարթակով: Բոլոր անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով: Չողման կարանները

					պետք է լինեն մշակված, ողորկ: Մետաղական մասերը պետք է փոշեներկված բարձրորակ ներկանյութով: Գետնից 20 սմ բարձրության վրա:
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՇՄԱ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/013 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
66	ИП Арман Аракелян	ИП Арман Аракелян	Стекланный шкаф для необходимых лекарств первой помощи	ИП Арман Аракелян	В соответствии с требованиями Постановления Правительства РА N1239-Н от 20 сентября 2012 года, Приказа Министерства здравоохранения РА N867. Размеры шкафа медицинского оборудования 600 x 450 x 900 мм (Д x В x Г), разделенного одной полкой посередине. Каркас металлический, имеет две стеклянные двери с тремя площадками из закаленного стекла. Все углы соединяются сваркой с отрезком под 45 градусов. Паяльники должны быть

					<p>обработаны и гладкие. Металлические детали должны быть окрашены порошковой краской высокого качества. 20 см над землей.</p>
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------