

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա.2. Մարգարիտ Արծրունյան-ն ՀՀՏՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/02 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
99	ադա	ադա	ադա	ադա	ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N1239-Ն որոշման, ՀՀ Առողջապահության նախարարության N867 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Տոնոմետրի մարմինը այլուժինե, կամ պլստմասե: Մանժետի մեջ օդ ներմղելու լատեքսային տանձիկ: Մետաղյա փական: Էրգոնոմիկ բռնակ չժանգոտվող պողպատից: Ճշգրտությունը կարգավորող չմաշվող արտաթողման փական: Միկրոֆիլտրները պաշտպանում են արտաթողման փականը և չափման համակարգը: Ունի կաշուկով

				<p>մանժետ մեծահասակների համար: Հատուկ պնդացրած չմաշվող պղնձե - բերիլային մեմբրանով: Մեմբրանը դիմանում է մինչև 600 մմ սնդ. ս. ավելցուկային ճնշմանը: Բժշկական լսափողակ(ստետոսկոպ) Սարքավորման առավելագույն թույլ տրվող սխալը +/- 3 մմ ս.ս. Լավ կարդացվող մինչև 300 մմ սնդ. ս. դիապագոնով այլումինե սանդղակ: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն մեկ տարի:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյանի в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀSU-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/02  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
99					