

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Բուևսենի Էլեկտրական այրիչ // Electrical Bunsen burner // Электрическая горелка Бунзена	Բուևսենի Էլեկտրական այրիչ // Electrical Bunsen burner // Электрическая горелка Бунзена	Բուևսենի Էլեկտրական այրիչ // Electrical Bunsen burner // Электрическая горелка Бунзена	Բուևսենի Էլեկտրական այրիչ // Electrical Bunsen burner // Электрическая горелка Бунзена	Բուևսենի Էլեկտրական այրիչ Էլեկտրական լաբորատորիայի այրիչը պետք է ստեղծի տաք օդի հոսք Ձերմաստիճանի փուլային կարգավորման համար ջերմային Էներգիայի կարգավորիչի առկայություն: Աշխատանքի ժամանակը չպետք է սահմանափակվի Չժանգոտվող պողպատից պատրաստված տակդիրի առկայություն՝ հակակոնտակտային պաշտպանությամբ՝ ջերմային հոսքի մեջ կոլբաների և սպասքի անվտանգ տեղադրման համար:

				<p>Ջերմաստիճանի միջակայք՝ ոչ պակաս, քան +800 °Կ Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (Օրինակ՝ սիլիկոնե խողովակները, ոչ պակաս քան 4 հակաբակտերիալ ֆիլտրեր, 4 հատ կանյուլա իր բռնակներով և այլն) Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 կամ համարժեք 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Բուսսենի Էլեկտրական այրիչ // Electrical Bunsen burner // Электрическая горелка Бунзена	Բուսսենի Էլեկտրական այրիչ // Electrical Bunsen burner // Электрическая горелка Бунзена	Բուսսենի Էլեկտրական այրիչ // Electrical Bunsen burner // Электрическая горелка Бунзена	Բուսսենի Էլեկտրական այրիչ // Electrical Bunsen burner // Электрическая горелка Бунзена	Բուսսենի Էլեկտրական այրիչ Էլեկտրական լաբորատորիայի այրիչը պետք է ստեղծի տաք օդի հոսք Ջերմաստիճանի փոփոխյալին կարգավորման համար ջերմային Էներգիայի կարգավորիչի առկայություն: Աշխատանքի ժամանակը չպետք է սահմանափակվի Չժանգոտվող պողպատից պատրաստված տակդիրի առկայություն` հակակոնտակտային պաշտպանությամբ` ջերմային հոսքի մեջ կոլբաների և սպասքի անվտանգ տեղադրման համար:

				<p>Ջերմաստիճանի միջակայք ' ոչ պակաս, քան +800 °Կ Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (Օրինակ՝ սիլիկոնե խողովակները, ոչ պակաս քան 4 հակաբակտերիալ ֆիլտրեր, 4 հատ կանյուլա իր բռնակներով և այլն) Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 կամ համարժեք 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	--