# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/1 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 5 | Ավտոմատ լաբորատոր սպասքի լվացման մեքենա // Automatic laboratory glassware washer machine // Автоматическая моечная машина лабораторной посуды | Ավտոմատ լաբորատոր սպասքի լվացման մեքենա // Automatic laboratory glassware washer machine // Автоматическая моечная машина лабораторной посуды | Ավտոմատ լաբորատոր սպասքի լվացման մեքենա // Automatic laboratory glassware washer machine // Автоматическая моечная машина лабораторной посуды | Ավտոմատ լաբորատոր սպասքի լվացման մեքենա // Automatic laboratory glassware washer machine // Автоматическая моечная машина лабораторной посуды | Ավտոմատ լաբորատոր սպասքի լվացման մեքենա+C99:C123 Լաբորատոր սպասքի լվացման մեքենաներում պետք է ներկառուցված լինեն ծրագրավորված մաքրման, ախտահանման և չորացման գործառույթներ՝ բոլոր ապակյա իրերը մաքրելու համար, ներառյալ բաժակները, կոլբաները, պիպետները, Պետրի թասիկները, բյուրետները, չափիչ անոթները, փորձանոթները և այլն: Օգտակար ծավալը ոչ պակաս քան 80 լ Մաքրման, ախտահանման և |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | չորացման գործառույթների առկայություն Ներքին աշխատանքային մակերեսը ոչ պակաս քան չժանգոտվող պողպատ Լվացքի ստանդարտ ընթացակարգ (կարող է ծրագրավորվել օգտագործողի կողմից ինքնուրույն). 1.Նախնական մաքրում, 2. Լվացք՝ մաքրող միջոցի օգտագործմամբ, 3. Ողողում, 4. Լվացում չեզոքացմամբ, 5. Ողողում, 6. Լվացք տաք ջրով, 7. Չորացում LCD էկրան ոչ պակաս քան 4 դյույմ անկյունագծով Միկրոպրոցեսորային համակարգ, որը պետք է ներառի ծրագրավորվող լվացքի ցիկլեր, լվացող միջոցի ծավալ և այլն: Օգտագործողը պետք է կարողանա ծրագրավորել և պահպանել լվացքի ծրագրերը: Պարամետրերի հիշողություն՝ էլեկտրաէներգիայի անջատման դեպքում լվացքի ցիկլերը պետք է վերսկսվեն, հենց որ հոսանքը վերականգնվի: Ջրի և չոր օդի ջերմաստիճանի անվտանգության պաշտպանիչ համակարգի առկայություն, եթե սահմանված ջերմաստիճանը գերազանցում է, այն պետք է դադարի աշխատել |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Էլեկտրամագնիսական անջատիչով անվտանգության կողպեք՝ լվացքի/չորացման ցիկլի ընթացքում դուռը բացելուց խուսափելու համար: Տագնապի առկայություն Ոչ պակաս քան 9 տարբեր փոխարինելի դարակաշարերի առկայություն բոլոր տեսակի լաբորատոր ապակիների համար Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 կամ համարժեք 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 5 | Ավտոմատ լաբորատոր սպասքի լվացման մեքենա // Automatic laboratory glassware washer machine // Автоматическая моечная машина лабораторной посуды | Ավտոմատ լաբորատոր սպասքի լվացման մեքենա // Automatic laboratory glassware washer machine // Автоматическая моечная машина лабораторной посуды | Ավտոմատ լաբորատոր սպասքի լվացման մեքենա // Automatic laboratory glassware washer machine // Автоматическая моечная машина лабораторной посуды | Ավտոմատ լաբորատոր սպասքի լվացման մեքենա // Automatic laboratory glassware washer machine // Автоматическая моечная машина лабораторной посуды | Ավտոմատ լաբորատոր սպասքի լվացման մեքենա+C99:C123 Լաբորատոր սպասքի լվացման մեքենաներում պետք է ներկառուցված լինեն ծրագրավորված մաքրման, ախտահանման և չորացման գործառույթներ՝ բոլոր ապակյա իրերը մաքրելու համար, ներառյալ բաժակները, կոլբաները, պիպետները, Պետրի թասիկները, բյուրետները, չափիչ անոթները, փորձանոթները և այլն: Օգտակար ծավալը ոչ պակաս քան 80 լ Մաքրման, ախտահանման և |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | չորացման գործառույթների առկայություն Ներքին աշխատանքային մակերեսը ոչ պակաս քան չժանգոտվող պողպատ Լվացքի ստանդարտ ընթացակարգ (կարող է ծրագրավորվել օգտագործողի կողմից ինքնուրույն). 1.Նախնական մաքրում, 2. Լվացք՝ մաքրող միջոցի օգտագործմամբ, 3. Ողողում, 4. Լվացում չեզոքացմամբ, 5. Ողողում, 6. Լվացք տաք ջրով, 7. Չորացում LCD էկրան ոչ պակաս քան 4 դյույմ անկյունագծով Միկրոպրոցեսորային համակարգ, որը պետք է ներառի ծրագրավորվող լվացքի ցիկլեր, լվացող միջոցի ծավալ և այլն: Օգտագործողը պետք է կարողանա ծրագրավորել և պահպանել լվացքի ծրագրերը: Պարամետրերի հիշողություն՝ էլեկտրաէներգիայի անջատման դեպքում լվացքի ցիկլերը պետք է վերսկսվեն, հենց որ հոսանքը վերականգնվի: Ջրի և չոր օդի ջերմաստիճանի անվտանգության պաշտպանիչ համակարգի առկայություն, եթե սահմանված ջերմաստիճանը գերազանցում է, այն պետք է դադարի աշխատել |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Էլեկտրամագնիսական անջատիչով անվտանգության կողպեք՝ լվացքի/չորացման ցիկլի ընթացքում դուռը բացելուց խուսափելու համար: Տագնապի առկայություն Ոչ պակաս քան 9 տարբեր փոխարինելի դարակաշարերի առկայություն բոլոր տեսակի լաբորատոր ապակիների համար Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 կամ համարժեք 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք |