

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 12 | Ջերմաչափ // Thermometer // Термометр | Ջերմաչափ // Thermometer // Термометр | Ջերմաչափ // Thermometer // Термометр | Ջերմաչափ // Thermometer // Термометр | Ջերմաչափ Դյուրակիր թվային ջերմաստիճանի հաշվիչ LCD Էկրան Ջերմաստիճանի չափման միջակայք ոչ պակաս, քան-20-80 °C Ջերմաստիճանի բանաձեւը ոչ ավելի քան 0,1 °C Ջերմաստիճանի չափման ճշգրտությունը ոչ ավելի քան ±1°C Անջրանցիկ ցուցիչ Սենսորի երկարությունը 100 մմ-ից ոչ պակաս Սենսորի ճկուն միացում սարքին ոչ պակաս քան 1000 մմ երկարությամբ Էլեկտրասնուցում. 220V, 50/60Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի Նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO9001 կամ համարժեք</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԵԼԻՆՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 12 | Ջերմաչափ // Thermometer // Термометр | Ջերմաչափ // Thermometer // Термометр | Ջերմաչափ // Thermometer // Термометр | Ջերմաչափ // Thermometer // Термометр | Ջերմաչափ Դյուրակիր թվային ջերմաստիճանի հաշվիչ LCD Էկրան Ջերմաստիճանի չափման միջակայք ոչ պակաս, քան-20-80 °C Ջերմաստիճանի բանաձեւը ոչ ավելի քան 0,1 °C Ջերմաստիճանի չափման ճշգրտությունը ոչ ավելի քան ±1°C Անջրանցիկ ցուցիչ Սենսորի երկարությունը 100 մմ-ից ոչ պակաս Սենսորի ճկուն միացում սարքին ոչ պակաս քան 1000 մմ երկարությամբ Էլեկտրասնուցում. 220V, 50/60Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի Նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO9001 կամ համարժեք</p> |
|--|--|--|--|---|