

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/16-22-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
78	SPIROLAB COLOUR SPIROMETER	SPIROLAB COLOUR SPIROMETER	MIR - Medical International Research SpA, Italy	<p>Դյուրակիր սպիրոմետր օքսիմետրիայի հնարավորությամբ: 7" հպումային LCD էկրան: Հոսքային սենսոր՝ երկուղի թվային տուրբին: Ծավալը՝ 10L: Հոսքի արագությունը՝ + / - 16 L/վ: Ծավալի ճշգրտությունը՝ + / - 2.5% կամ 50 մլ: Հոսքի ճշգրտությունը՝ + / - 5% կամ 200 մլ/վ: Դիսամիկ դիմադրողականությունը՝ < 0.5սմ H2O/լ/վ: Ջերմային սենսոր՝ կիսահաղորդիչ (0-45 ° C)</p> <p>Կատարվող տեստերը՝ FVC, VC, IVC, MVV, PRE-POST: Չափվող պարամետրերը՝ FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV1/PEF, FEV1/VC, FEV1/FEF0.5, DTPEF, FEV 0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/FEV6, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF2575, FEF7585, FET, Vext, ELA, EVOL, FIVC, FIV1, PIF, FIV1/FIVC, FIF25, FIF50, FIF75, R50, MVVcal, PIF, IRV, VC, EVC, IVC, IC, ERV, IRV, FEV1/VC, TV, VE, RR, ti, te,</p>

			<p>ti/t-tot, TV/ti, MVV: Հիշողությունը՝ 10000 տեստ: Իրական ժամանակում հետազոտությունների տվյալների փոխանցում համակարգչին անլար եղանակով:</p> <p>Ներկառուցված տպիչի առկայություն և հնարավորություն արտաքին տպիչին միացնելու:</p> <p>Հավաքածուի նվազագույն պարտադիր համալրվածություն մարտկոցով (1 հատ) և բազմակի օգտագործման տուրբինով (1 հատ), սկզբնական շրջանում օգտագործման համար 50 հատ թղթյա մուշտուկով՝ վերը նշված բազմակի օգտագործման տուրբինայի հետ օգտագործելու համար: Նոր է, չօգտագործված: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են՝ տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները, բժշկական անձնակազմին օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից՝ 12 ամիս: Տեղադրելուց հետո սարքը բերվելու է աշխատանքային վիճակի: Մատակարարելիս CE և FDA սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է:</p>
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեղստեխնիկի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՀԱՊԶԲ-2024/16-22-ԵՊԲՀ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
78	SPIROLAB COLOUR SPIROMETER	SPIROLAB COLOUR SPIROMETER	MIR - Medical International Research SpA, Italy	Портативный спирометр с возможностью оксиметрии. Сенсорный ЖК-экран с диагональю 7 дюймов. Датчик расхода: двухходовая цифровая турбина. Объем 10л. Скорость потока ± 16 л/с. Точность объема $\pm 2,5\%$ или 50 мл. Точность потока $\pm 5\%$ или 200 мл/с. Динамическое сопротивление: $< 0,5$ см H ₂ O/л/с. Термодатчик: полупроводниковый (0-45°C) Тесты, которые необходимо провести: FVC, VC, IVC, MVV, PRE-POST: Измеряемые параметры: FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV1/PEF, FEV1/VC, FEV1/FEF0.5, DTPEF, FEV 0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/FEV6, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF2575, FEF7585, FET, Vext, ELA, EVOL, FIVC, FIV1, PIF, FIV1/FIVC, FIF25, FIF50, FIF75, R50, MVVcal, PIF, IRV, VC, EVC, IVC, IC, ERV, IRV, FEV1/VC, TV, VE, RR, ti, te,

			<p>ti/t-tot, TV/ti, MVV: Память: 10 000 тестов. Передача данных съемки на ПК в режиме реального времени по беспроводной сети. Наличие встроенного принтера и возможность подключения к внешнему принтеру.</p> <p>Минимальный обязательный комплект включает в себя аккумулятор (1 шт) и многооборотную турбину (1 шт), а также 50 бумажных венчиков для первоначального использования для использования с выше указанной турбиной. Новый, неиспользованный. В стоимость предложения входит: установка, сборка, настройка, ознакомление медицинского персонала со способами использования. Гарантийный срок 12 месяцев с момента установки. После установки устройство будет приведено в рабочее состояние. Наличие сертификатов CE и FDA при поставке обязательно.</p>
--	--	--	--