

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/16-23-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
91	CUTTING ELECTRODE BIPO 24FR 12/30°	CUTTING ELECTRODE BIPO 24FR 12/30°	Richard Wolf GmbH, Germany	Բիպոլյար կտրող 24Fr Էլեկտրոդը 24FR 12/30° նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցում առկա և շահագործվող Richard Wolf Shark տեսակի ռեգեկոսկոպի համար, որը կարող է աշխատել միայն օրիգինալ բիպոլյար կտրող Էլեկտրոդով 24Fr 12/30°, և որը պարտադիր համատեղելի է Wolf panoview-ի հետ, ընդհատվող/շարունակական 24/26 Fr տուբուսի աշխատանքի համար: Էլեկտրոդը կլոր է, մետաղալարը` Ø 0.3 մմ, գույնը` դեղին: Ստերիլ վիճակում է, բազմակի օգտագործման համար: Ֆորմատ` 1 հատ բիպոլյար կտրող Էլեկտրոդ: Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից` 6 ամիս: Էլեկտրոդը տեղադրելուց հետո սարքը բերվելու է աշխատանքային վիճակի: Պարտադիր պայման է հանդիսանում` մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում

				<p>Ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային սամակ: Նշված երաշխիքային սամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային սամակում հստակ երևում է՝ մատակարարի, մատակարարվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեղսեխտերվի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱԶԱՊԶԲ-2024/16-23-ԵՊԲՀ  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
91	CUTTING ELECTRODE BIPO 24FR 12/30°	CUTTING ELECTRODE BIPO 24FR 12/30°	Richard Wolf GmbH, Germany	Биполярный режущий электрод 24Fr предназначен для ресекоскопа типа Richard Wolf Shark в университетской больнице, который может работать только с оригинальным биполярным режущим электродом 24Fr 12/30°, и который в обязательном порядке совместим с Wolf panoview для прерывистой/непрерывной трубки 24/26 Fr. Электрод круглый, металл Ø 0,3 мм. формат: 1 биполярный режущий электрод. Новые, неиспользованные. После того, как электрод будет установлен, прибор будет доведен до работы. Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма от производителя продукции или его представителя при исполнении договора. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует качество товара,

				поставляемого поставщиком в Республику Армения, причем в гарантийном письме четко указаны наименование поставщика, поставляемого товара и название страны, где указанный товар будет продан указанным поставщиком.
--	--	--	--	--