

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Անալիզ-Մեդ ՍՊԸ-ն ՄԾՊՓԲԸ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/01 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	PT	PT	PT	Diagon-Հունգարիա	Պրոթրոմբինային ժամանակի որոշման թեստ հավաքածու: Ֆորմատ՝ 10x5 մլ, եթե հետազոտությունը իրականացվի STart Max վերլուծիչի վրա՝ օգտագործելով ընկերության կողմից տրված SOP (standard operation procedure) փաստաթուղթը: Մեթոդ՝ մակարդեղիության ժամանակի որոշումը մածուցիկության չափման հիման վրա: Չգայուն չէ մինչև 1 IU/ml ոչ ֆրակցիոն հեպարինի և մինչև 1.5 IU/ml anti-Xa ցածրմոլեկուլային կշիռ ունեցող հեպարինի նկատմամբ: ISI արժեքը՝

				<p>1.35-ից ցածր: QR կողի և շտրիխ կողի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող ընկերության կողմից ներկայացված SOP (standard operation procedure) փաստաթղթի առկայություն: Ռեագենտը բացելուց հետո 1-2 քաղաքում պահպանման պայմանները` 2-8° ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene):</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Անալիզ-Մեդ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄԾՊՓԲԸ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/01 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					