

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ-ն ՄԾՊՓԲԸ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/01 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|---|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 18 | ԷՆԱ | Chaoran Medical | ԷՆԱ | Chaoran Medical Instruments Co., Ltd | Վակուումային փորձանոթ ԷՆԱ-ի որոշման համար, շտատիվի հետ միասին: 4NC նատրիումի ցիտրատի 3.8% պարունակությամբ, 1.28 մլ, Roll Med fast detector նախատեսված շտատիվի համար, ստերիլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, նախատեսված in vitro հետազոտությունների համար: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | հավաստագիր ISO 13485,CE (Conformity European): |
|--|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՆԻՍԵՂ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄԾՊԲԸ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/01 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 18 | | | | | |