ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարգ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ 2024-07 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Արյան մեջ նատրիումուրետիկ հորմոն, ատրիոպեպտիդի չոր քիմիական ռեագենտ	Արյան մեջ նատրիումուրետիկ հորմոն, ատրիոպեպտիդի չոր քիմիական ռեագենտ	Արյան մեջ նատրիումուրետիկ հորմոն, ատրիոպեպտիդի չոր քիմիական ռեագենտ	Արյան մեջ նատրիումուրետիկ հորմոն, ատրիոպեպտիդի չոր քիմիական ռեագենտ	Արյան մեջ նատրիումուրետիկ հորմոն, ատրիոպեպտիդի (ST AIA-PACK BNP (Human brain natriuretic peptide SET)- որոշման մեթոդը իմունոֆլուրեսցենտային վերլուծման մեթոդ քանակական որոշման համար, նախատեսված Tosoh AIA սերնդի վերլուծիչների համար։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ

					կոդ համատեղելի Ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE IVDMD

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ 2024-07 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Արյան մեջ նատրիումուրետիկ հորմոն, ատրիոպեպտիդի չոր քիմիական ռեագենտ	Արյան մեջ նատրիումուրետիկ հորմոն, ատրիոպեպտիդի չոր քիմիական ռեագենտ	Արյան մեջ նատրիումուրետիկ հորմոն, ատրիոպեպտիդի չոր քիմիական ռեագենտ	Արյան մեջ նատրիումուրետիկ հորմոն, ատրիոպեպտիդի չոր քիմիական ռեագենտ	Արյան մեջ նատրիումուրետիկ հորմոն, ատրիոպեպտիդի (ST AIA-PACK BNP (Human brain natriuretic peptide SET)- որոշման մեթոդը իմունոֆլուրեսցենտային վերլուծման մեթոդ քանակական որոշման համար, նախատեսված Tosoh AIA սերնդի վերլուծիչների համար։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ

					կոդ համատեղելի Ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE IVDMD