

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեյտա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի         |                            |                            |                            |  |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը      | ապրանքային<br>նշանը        | մակնիշը                    | արտադրողի<br>անվանումը     | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 8                  | Բժշկական<br>սառցարան -40°C | Բժշկական<br>սառցարան -40°C | Բժշկական<br>սառցարան -40°C | Բժշկական<br>սառցարան -40°C | Բժշկական սառցարան -40°C<br>Սառցարան բժշկական<br>նպատակներով Պետք է ունենա<br>արտաքին կողպեք Ոչ պակաս քան 2<br>պահատուկների առկայություն<br>Բարձր ճշգրտության<br>միկրոպրոցեսորային<br>ջերմաստիճանի կառավարման<br>համակարգ թվային Էկրանով՝ ոչ<br>ավելի քան 0,1 °C ճշգրտությամբ<br>Ջերմաստիճանի կարգավորման<br>միջակայքը ոչ պակաս քան -20 °C -<br>-40 °C Թվային Էկրանը պետք է ցույց<br>տա սառցարանի աշխատանքի<br>վիճակը Անվտանգ պահպանման |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>համար լսելի և տեսանելի<br/>ահագանգման համակարգ Ոչ<br/>պակաս քան բարձր ջերմաստիճանի<br/>ազդանշան, ցածր ջերմաստիճանի<br/>ազդանշան,<br/>Էներգոմատակարարման սխալի<br/>ազդանշան Սառեցման սենսորների<br/>առկայություն ճավալը ոչ պակաս<br/>քան 110 լիտր Էլեկտրոսնուցումը՝<br/>220 Վ / 50 Հց Լրակազմ և<br/>պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ<br/>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում<br/>Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն<br/>կամ անգլերեն կամ ռուսերեն<br/>Սարքավորումը պետք է լինի նոր,<br/>չօգտագործված Լրակազմը<br/>ներառում է բոլոր անհրաժեշտ<br/>լրացուցիչ սարքերը և<br/>պարագաները, որոնք անհրաժեշտ<br/>են լիարժեք գործունեության համար<br/>Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս<br/>Որակի վկայականներ<br/>(առկայություն). 1) ISO13485 կամ<br/>համարժեք 2) CE Mark (Directive<br/>93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p> |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар      |                         |                         |                            |   |
|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование  | товарный знак           | марка                   | наименование производителя | технические характеристики  |
| 8          | Բժշկական սառցարան -40°C | Բժշկական սառցարան -40°C | Բժշկական սառցարան -40°C | Բժշկական սառցարան -40°C    | Բժշկական սառցարան -40°C<br>Սառցարան բժշկական նպատակներով Պետք է ունենա արտաքին կողպեք Ոչ պակաս քան 2 պահատուկների առկայություն<br>Բարձր ճշգրտության միկրոպրոցեսորային ջերմաստիճանի կառավարման համակարգ թվային էկրանով՝ ոչ ավելի քան 0,1 °C ճշգրտությամբ<br>Ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայքը ոչ պակաս քան -20 °C - -40 °C թվային էկրանը պետք է ցույց տա սառցարանի աշխատանքի վիճակը Անվտանգ պահպանման |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>համար լսելի և տեսանելի<br/>ահագանգման համակարգ Ոչ<br/>պակաս քան բարձր ջերմաստիճանի<br/>ազդանշան, ցածր ջերմաստիճանի<br/>ազդանշան,<br/>Էներգոմատակարարման սխալի<br/>ազդանշան Սառեցման սենսորների<br/>առկայություն ճավալը ոչ պակաս<br/>քան 110 լիտր Էլեկտրոսնուցումը՝<br/>220 Վ / 50 Հց Լրակազմ և<br/>պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ<br/>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում<br/>Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն<br/>կամ անգլերեն կամ ռուսերեն<br/>Սարքավորումը պետք է լինի նոր,<br/>չօգտագործված Լրակազմը<br/>ներառում է բոլոր անհրաժեշտ<br/>լրացուցիչ սարքերը և<br/>պարագաները, որոնք անհրաժեշտ<br/>են լիարժեք գործունեության համար<br/>Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս<br/>Որակի վկայականներ<br/>(առկայություն). 1) ISO13485 կամ<br/>համարժեք 2) CE Mark (Directive<br/>93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p> |
|--|--|--|--|--|