

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեյտա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
24	IFA անալիզատոր (ELISA հաշվիչ և լվացման սարք)	IFA անալիզատոր (ELISA հաշվիչ և լվացման սարք)	IFA անալիզատոր (ELISA հաշվիչ և լվացման սարք)	IFA անալիզատոր (ELISA հաշվիչ և լվացման սարք)	IFA անալիզատոր (ELISA հաշվիչ և լվացման սարք) ELISA հաշվիչ սարք Անալիզատորը պետք է ապահովի տարբեր աշխատանքային հոսքեր, Ներառյալ ELISA, սպիտակուլցային վերլուծություն և այլ վերջնակետային արձանագրություններ: Միկրոլուսնների տեսակները ոչ պակաս քան 96 անցք թվային դիսփլեյի առկայություն Ֆիլտրերի ալիքի երկարության միջակայքը ոչ պակաս քան 400-700 նմ Առնվազն 5 ֆիլտրի առկայություն 405 նմ, 450 նմ, 492 նմ, 630 նմ, ոչ ավելի քան

10% շեղում (առանց կրկնությունների) Ընթերցանության միջակայքը ոչ պակաս քան 0,001-3,0 Abs E: Ալիքի երկարության չափման ճշգրտությունը ոչ ավելի քան 2 նմ Ոչ պակաս քան RS232 և USB միացման պորտերի առկայություն Տպիչի առկայություն (արտաքին կամ ներկառուցված) Թափահարման ունակություն՝ փոփոխական արագությամբ և ցնցման ժամանակով Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում - 220 Վ, 50/60 Հց Լվացման սարք Ողողման երկու շիշը պետք է թույլ տա խուսափել շշերի փոխարինումից: Թափոնների պահեստային տարա՝ արտահոսքի նախազգուշացումով: Համատեղելի է ներքևի հարթ, Ս-աձև կամ V-աձև թիթեղների հետ 8 - և 12-անցքային գոտիների համար փոխարինելի կոլեկտորներով առնվազն 2 Լվացման ռեժիմ Հատակի ավտոմատ հայտնաբերում և բախման պաշտպանություն Կարգավորելի թափահարման և ներծծման ժամանակ Դոզավորման ծավալը՝ ոչ պակաս քան 50-3000 մկլ

				<p>միջակայքում Ստորին ազդեցության պաշտպանություն՝ ավտոմատ Շշերի ստանդարտ հավաքածու: 3 հքս 2 լ (լվացող միջոց) 2 x 2 լ (թափոններ) 2 x 2 լ (թորած ջուր) Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 կամ համարժեք 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
24	IFA անալիզատոր (ELISA հաշվիչ և լվացման սարք)	IFA անալիզատոր (ELISA հաշվիչ և լվացման սարք)	IFA անալիզատոր (ELISA հաշվիչ և լվացման սարք)	IFA անալիզատոր (ELISA հաշվիչ և լվացման սարք)	IFA անալիզատոր (ELISA հաշվիչ և լվացման սարք) ELISA հաշվիչ սարք Անալիզատորը պետք է ապահովի տարբեր աշխատանքային հոսքեր, ներառյալ ELISA, սպիտակուցային վերլուծություն և այլ վերջնակետային արձանագրություններ: Միկրոլուսնների տեսակները ոչ պակաս քան 96 անցք թվային դիսփլեյի առկայություն Ֆիլտրերի ալիքի երկարության միջակայքը ոչ պակաս քան 400-700 նմ Առնվազն 5 ֆիլտրի առկայություն 405 նմ, 450 նմ, 492 նմ, 630 նմ, ոչ ավելի քան

10% շեղում (առանց կրկնությունների) Ընթերցանության միջակայքը ոչ պակաս քան 0,001-3,0 Abs E: Ալիքի երկարության չափման ճշգրտությունը ոչ ավելի քան 2 նմ Ոչ պակաս քան RS232 և USB միացման պորտերի առկայություն Տպիչի առկայություն (արտաքին կամ ներկառուցված) Թափահարման ունակություն՝ փոփոխական արագությամբ և ցնցման ժամանակով Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում - 220 Վ, 50/60 Հց Լվացման սարք Ողողման երկու շիշը պետք է թույլ տա խուսափել շշերի փոխարինումից: Թափոնների պահեստային տարա՝ արտահոսքի նախազգուշացումով: Համատեղելի է ներքևի հարթ, Ս-աձև կամ V-աձև թիթեղների հետ 8 - և 12-անցքային գոտիների համար փոխարինելի կոլեկտորներով առնվազն 2 Լվացման ռեժիմ Հատակի ավտոմատ հայտնաբերում և բախման պաշտպանություն Կարգավորելի թափահարման և ներծծման ժամանակ Դոզավորման ծավալը՝ ոչ պակաս քան 50-3000 մկլ

				<p>միջակայքում Ստորին ազդեցության պաշտպանություն՝ ավտոմատ Շշերի ստանդարտ հավաքածու: 3 հքս 2 լ (լվացող միջոց) 2 x 2 լ (թափոններ) 2 x 2 լ (թորած ջուր) Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 կամ համարժեք 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	--