

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմունոֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	Ավտոկլավ	BNPSS-VA75SD-	BNPSS-VA75SD-	BOYN INSTRUMENTS	Ավտոկլավ ուղղահայաց գոլորշիով 75լիտր ստերիլիզացնող խցիկով Ախտահանվող գործընթացն ավտոմատ վերահսկվում է ունի չորացման գործառույթ հասնելու համար ստերիլիզացված նյութերի չորացմանը Բարձր ջերմաստիճանի և բարձր ճնշման ավտոմատ պաշտպանության Դռան բաց լինելու ավտոմատ պաշտպանության առկայություն Ազդանշանը ցույց է տալիս, որ ստերիլիզացման խցիկում ճնշումը մեծ է 0.27 ՄՊա-ից կամ 2,7 բարից, միանում է տազնապը և դուռը չի կարող բացվել Ջրի ցածր

մակարդակի պաշտպանություն
Ամբողջ սարքը պետք է
պատրաստված լինի չժանգոտվող
պողպատից Մաքսիմում
աշխատանքային ճնշումը 0,22ՄՊա
կամ 2,2 բար Նախատեսված է
վիրաբուժական գործիքների և
պարագաների, ապակյա
տարաների, բժշկական և
փորձարարական շորերի, բժշկական
ծեռնոցների ստերիլիզացման
համար Նախատեսված է ամեն
նյութի համար ախտահանվող
ինչպես ավտոմատ ռեժիմներ, ունի
ռեժիմները օպերատորի կողմից
ծրագրավորելու հնարավորություն
Մաքսիմում աշխատանքային
ջերմաստիճանը 134°C
Ջերմաստիճանի կարգավորումը
105°C-134°C միջակայքում
Ախտահանման ժամանակը
0-99րոպե միջակայքում Չորացման
ժամանակը 1-99րոպե միջակայքում
Տաքության շեղումը $\pm 2^\circ\text{C}$ ունի
թվային դիսփլեյ աշխատանքային
պարամետրերի ցուցադրման
համար Սնուցումը 220Վոլտ,
50/60Հց, ոչ ավելի քան 14 Կվատտ
Լրակազմ և պարագաներ

				<p>Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
21	Ավտոկլավ	BNPSS-VA75SD-	BNPSS-VA75SD-	BOYN INSTRUMENTS	Ավտոկլավ ուղղահայաց գոլորշիով 75լիտր ստերիլիզացնող խցիկով Ախտահանվող գործընթացն ավտոմատ վերահսկվում է ունի չորացման գործառույթ հասնելու համար ստերիլիզացված նյութերի չորացմանը Բարձր ջերմաստիճանի և բարձր ճնշման ավտոմատ պաշտպանության Դռան բաց լինելու ավտոմատ պաշտպանության առկայություն Ազդանշանը ցույց է տալիս, որ ստերիլիզացման խցիկում ճնշումը մեծ է 0.27 ՄՊա-ից կամ 2,7 բարից, միանում է տագնապը և դուռը չի կարող բացվել Ջրի ցածր

մակարդակի պաշտպանություն
Ամբողջ սարքը պետք է
պատրաստված լինի չժանգոտվող
պողպատից Մաքսիմում
աշխատանքային ճնշումը 0,22ՄՊա
կամ 2,2 բար Նախատեսված է
վիրաբուժական գործիքների և
պարագաների, ապակյա
տարաների, բժշկական և
փորձարարական շորերի, բժշկական
ծեռնոցների ստերիլիզացման
համար Նախատեսված է ամեն
նյութի համար ախտահանվող
ինչպես ավտոմատ ռեժիմներ, ունի
ռեժիմները օպերատորի կողմից
ծրագրավորելու հնարավորություն
Մաքսիմում աշխատանքային
ջերմաստիճանը 134°C
Ջերմաստիճանի կարգավորումը
105°C-134°C միջակայքում
Ախտահանման ժամանակը
0-99րոպե միջակայքում Չորացման
ժամանակը 1-99րոպե միջակայքում
Տաքության շեղումը $\pm 2^\circ\text{C}$ ունի
թվային դիսփլեյ աշխատանքային
պարամետրերի ցուցադրման
համար Սնուցումը 220Վոլտ,
50/60Հց, ոչ ավելի քան 14 Կվատտ
Լրակազմ և պարագաներ

				<p>Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	---