

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎԻ ԶԵՅ ԻՆՋԻՆԵՐԻՆԳ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	Թերմոինկուբատոր	Shinva	TI300	Shinva Medical Instrument Co. Ltd.	Թերմոինկուբատորը պետք է օգտագործվի Նմուշների ինկուբացիայի գործընթացում Դիսփլեյի առկայություն Ջերմաստիճանի միջակայքը $+30^{\circ}\text{C}$ - 100°C Ջերմաստիճանի չափման ճշգրտությունը $\pm 1^{\circ}\text{C}$ Ժամանակաչափի առկայություն Ժամանակի միջակայքը 1 րոպե - 90 Ժամ Ջեռուցման ժամանակը 30°C -ից 100°C 15 րոպե Տարբեր փորձանոթների համար բլոկների առկայություն 0,2 մլ փորձանոթների համար 24 անցքով 0,5 մլ

				<p>փորձանոթների համար 15 անցքով 1,5 մլ փորձանոթների համար 10 անցքով Էլեկտրասուղում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը կլինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ви Кей Инжиниринг ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
18					