

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|----------------|---------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 3 | Քարշիչ պահարան | Քարշիչ պահարան | Քարշիչ պահարան | Քարշիչ պահարան | Քարշիչ պահարան Քարշիչ պահարանը նախագծված է որպես բացասական ճնշման օդափոխման համակարգ, որն ապահովում է օպերատորների և լաբորատոր միջավայրի անվտանգությունը: Քարշիչ պահարանն աշխատում է օդը սենյակ մատակարարելով արտանետվող պահարանի առջևի բացվածքով և արտանետվող օդափոխիչի միջոցով շարունակական օդափոխությամբ: Սա թույլ է տալիս կանխել աղտոտված գազերի, գոլորշիների, թունավոր գազերի, աերոզոլների և |

քայքայիչ նյութերի տարածումը: Ոչ պակաս քան 4 անիվների վրա Ոչ պակաս քան 2 անիվը արգելակներով Դիմացկուն է թույլ թթուների և ալկալիների նկատմամբ Դիմապակին էլեկտրական շարժիչով, բարձրությունը կարգավորելի Միկրոպրոցեսորային կառավարման համակարգ, թվային դիսփլեյի առկայություն էլեկտրաէներգիայի անջատման դեպքում հիշողության գործառույթով Հեղուկի հավաքման բաքով հետևի վահանակի հետևում հեղուկ թափոնների հավաքման համար Ներքին չափերը (Wxdxh): (ոչ ավելի քան միջակայքում) Երկարությունը. 850-ից 1100 մմ Խորությունը. 600-ից 700 մմ Ընդհանուր բարձրությունը. 650-ից 750 մմ Ընդհանուր չափերը (Wxdxh): (ոչ ավելի քան միջակայքում) Երկարությունը. 1000-ից 1250 մմ Խորությունը. 700-ից 850 մմ Ընդհանուր բարձրությունը. 2100-ից 2250 մմ Օդի հոսքի արագությունը ոչ պակաս քան 0,3-0,8 մ/վ միջակայքում Օդի հոսքի արագության կարգավորում ոչ

պակաս քան 9 մակարդակներում
Արտանետվող օդի ծավալը ոչ
պակաս քան 750 մ3 / ժամ LED
լամպի առկայություն
Ուլտրամանուշակագույն
ստերիլիզացման լամպի
առկայություն, որի ճառագայթումը
պետք է լինի 253,7 նմ
ստերիլիզացման լավագույն
ազդեցությանը հասնելու համար:
Ուլտրամանուշակագույն
ստերիլիզացում
ուլտրամանուշակագույն լամպի
ժամանակաչափի գործառույթով
Հիմնականիսքը պետք է
պատրաստված լինի պողպատից՝
հակամանրեային փոշու ծածկույթով
Աշխատանքային սեղանը պետք է
լինի քիմիադիմացկուն Ոչ պակաս
քան 2 անշրանցիկ էլեկտրական
վարդակների առկայություն
Ակտիվացված ածխածնի ֆիլտրի
առկայություն Ջրի ծորակի
առկայություն Գազի ծորակի
առկայությունը Ջրի լվացարանի
առկայություն Ոչ պակաս քան 4
մետր երկարությամբ արտանետող
խողովակի առկայություն
Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց:

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 կամ համարժեք 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Սեդսիստրիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԲՎԱՎՊՁԲ-2024/64/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3 | Вытяжной шкаф | Вытяжной шкаф | Вытяжной шкаф | Вытяжной шкаф | Вытяжной шкаф Вытяжной шкаф спроектирован как система вентиляции с отрицательным давлением, обеспечивающая безопасность операторов и лабораторной среды. Вытяжной шкаф работает за счет подачи воздуха в помещение через переднее отверстие вытяжного шкафа и непрерывной вентиляции с помощью вытяжного вентилятора. Это позволяет предотвратить распространение загрязненных газов, паров, токсичных газов, аэрозолей и коррозионные |

вещества. На не менее чем 4 колесиках Не менее чем на 2 колесиках с тормозами Устойчивы к воздействию слабых кислот и щелочей Переднее стекло с электроприводом, регулируется по высоте Микропроцессорная система управления, наличие цифрового дисплея С функцией памяти на случай отключения питания С резервуаром для сбора жидкости за задней панелью для сбора жидких отходов Внутренние размеры (ШхГхВ): (не более чем в диапазоне) Длина: от 850 до 1100 мм Глубина: от 600 до 700 мм Общая высота: от 650 до 750 мм Габаритные размеры (ШхГхВ): (не более чем в диапазоне) Длина: от 1000 до 1250 мм Глубина: от 700 до 850 мм Общая высота: от 2100 до 2250 мм Скорость воздушного потока не менее чем 0,3-0,8 м/с Регулировка скорости воздушного потока не менее чем на 9 уровнях Объем вытяжного воздуха не менее чем 750 м3/час Наличие светодиодной лампы Наличие УФ-лампы для стерилизации,

излучение должно составлять 253,7 нм для достижения наилучшего эффекта стерилизации. УФ-стерилизация с функцией таймера работы УФ-лампы Корпус должен быть изготовлен из стали с антимикробным порошковым покрытием Рабочий стол должен быть химически стойким Наличие не менее чем 2 водонепроницаемых электрических розеток Наличие фильтра с активированным углем Наличие водопроводного крана Наличие газового крана Наличие мойки для воды Наличие вытяжного канала длиной не менее чем 4 метров Электропитание 220 В, 50/60 Гц Комплектация и аксессуары: Установка и пусконаладочные работы Обучение персонала на месте Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках Оборудование должно быть новым, неиспользованным В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования Гарантия не

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | менее чем 24 месяцев Сертификаты качества (наличие) 1) ИСО 13485 или эквивалент 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) или FDA или эквивалент |
|--|--|--|--|---|