

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	Ցենտրիֆուգ	Ցենտրիֆուգ	Ցենտրիֆուգ	Ցենտրիֆուգ	Ցենտրիֆուգ Լաբորատորիայում անհրաժեշտ է ցենտրիֆուգեր՝ արյան տարբեր բաղադրիչներն անալիզի համար առանձնացնելու համար: Գործառնական պահանջներ. Կոմպակտ կոնստրուկցիա՝ առանց վիբրացիայի աշխատելու համար Սեդանին դրվող տարբերակ Փորձանոթի տարողություն. ոչ պակաս քան 5-ից 15 մլ («Վակուտայներ» փորձանոթներ) միջակայքում Կառավարման վահանակ (ոչ պակաս քան)- մեկնարկի / դադարեցման

անջատիչի, դիսամիկ արգելակների,  
արագության աստիճանական  
կարգավորիչ ժամանակի չափիչով,  
գրոյական մեկնարկի անջատիչով և  
արագության ցուցիչ՝  
ժամանակաչափով Դռան  
արգելափակումը Սպասարկում -  
անխոզանակ շարժիչ՝ ճշգրիտ  
արագության նախնական  
ընտրությամբ և ցուցադրմամբ  
Արագության տիրույթ. ոչ պակաս  
քան 200-ից 5000 պտ / րոպե  
տիրույթում ժամանակի  
կարգավորումը ոչ պակաս քան 1-ից  
60 րոպեի միջակայքում  
Համակարգի կազմաձևման  
պարագաներ, պահեստամասեր և  
ծախսվող նյութեր Ցենտրիֆուգը  
պետք է հագեցած լինի ֆիքսված  
անկյան ռոտորով: Փորձանոթների  
դիրքերի քանակն անկյունային  
ռոտորում՝ ոչ պակաս քան 12  
փորձանոթ էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ,  
50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ  
Տեղադրում և մեկնարկ  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում  
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն  
կամ անգլերեն կամ ռուսերեն  
Սարքավորումը պետք է լինի նոր,

				<p>չօգտագործված Լրակազմը Ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 կամ համարժեք 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Սեդսիստրիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՍԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
15	Настольная центрифуга	Настольная центрифуга	Настольная центрифуга	Настольная центрифуга	Настольная центрифуга Центрифуги необходимы в лаборатории для разделения различных компонентов крови для анализа. Эксплуатационные требования: Компактная конструкция для работы без вибрации Настольная версия Емкость пробирки. не менее чем в диапазоне 5-15 мл (пробирки «Вакутайнер») Панель управления (не менее) - для переключателя запуска/остановки, динамических тормозов, бесступенчатого регулятора скорости с

переключателем нулевого пуска и индикатора скорости с таймером.  
Дверной замок Не требующий технического обслуживания  
бесщеточный приводной двигатель с точным предварительным выбором скорости и дисплеем.  
Диапазон оборотов: не менее чем в диапазоне от 200 до 5000 об/мин  
Регулирование времени не менее чем в диапазоне от 1 до 60 минут  
Аксессуары для настройки системы, запасные части и расходные материалы  
Центрифуга должна быть оснащена ротором с фиксированным углом наклона.  
Количество положений пробирок в угловом роторе: не менее чем 12 пробирок  
Электропитание 220 В, 50/60 Гц  
Комплектация и аксессуары: Установка и пусконаладочные работы  
Обучение персонала на месте  
Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках  
Оборудование должно быть новым, неиспользованным  
В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и

					аксессуары для полноценной работы оборудования Гарантия не менее чем 24 месяцев Сертификаты качества (наличие) 1) ИСО 13485 или эквивалент 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) или FDA или эквивалент
--	--	--	--	--	--