

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նանե Հարությունյան-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
17	BIOBASE BIOMED CO., LTD	BIOBASE	BKC-TH16RC-I	BIOBASE BIOMED CO., LTD	Բարձր արագությամբ սեղանի սառեցվող միկրոցենտրիֆուգ Կոմպակտ կոնստրուկցիա՝ առանց վիբրացիայի աշխատելու համար Սեղանին դրվող տարբերակ Կառավարման վահանակ-մեկնարկի / դադարեցման անջատիչի, դիսամիկ արգելակների, արագության աստիճանական կարգավորիչ ժամանակի չափիչով, գրոյական մեկնարկի անջատիչով և արագության ցուցիչ՝ ժամանակաչափով Դռան արգելափակում Ավտոմատ անջատման գործառույթի

առկայությունն ցենտրիֆուգի
դիզբալանսի դեպքում
Միկրոպրոցեսորային կառավարում
LCD էկրան Գերտաքացման
պաշտպանության և ավտոմատ
ազդանշանային գործառույթի
առկայությունն Առավելագույն
պտտման հաճախականությունը`
16.000 պտ/րոպ Առավելագույն
կենտրոնախույս ուժը` 21 695×g
Արագության ճշգրտությունը` ±20
պտ/րոպ Ժամանակի
ճշգրտում` 1-999 րոպեի
սահմաններում Ձերմաստիճանի
կարգավորման միջակայքը` -20-ից
+40 °C Ձերմաստիճանի չափման
ճշգրտությունը ոչ ավելի քան ±1 °C
Աղմուկի մակարդակը` 65 դբ
Միկրոռոտորների և ռոտորների
առկայությունն PCR շերտերի համար
Ռոտորի տարողությունը` 24x1,5 մլ /
2,2 մլ Էլեկտրոսնուցում` 220 Վ, 50/60
Հց: Լրակազմ և պարագաներ
Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ. անգլերեն
Սարքավորումը Նոր Է,
չօգտագործված Լրակազմը
Ներառում է բոլոր անհրաժեշտ

					<p>լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ` 24 ամիս Որակի վկայականներ 1) ISO13485 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Նախն Հարությունի լիմիտեդը որպես մասնակցի մասնակցելով էլեկտրոնային ազուկցիոնի տակ ընդհանուր կոդով ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 նախն ներկայացնում է լիարժեք ներկայացումը ներկայացրած առարկայի մասին:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
17	BIOBASE BIOMED CO., LTD	BIOBASE	BKC-TH16RC-I	BIOBASE BIOMED CO., LTD	Բարձր արագության սեղանի սառեցվող միկրոցենտրիֆուգ Կոմպակտ կոնստրուկցիա՝ առանց վիբրացիայի աշխատելու համար Սեղանին դրվող տարբերակ Կառավարման վահանակ-մեկնարկի / դադարեցման անջատիչի, դիսամիկ արգելակների, արագության աստիճանական կարգավորիչ ժամանակի չափիչով, գրոյական մեկնարկի անջատիչով և արագության ցուցիչ՝ ժամանակաչափով Դռան արգելափակում Ավտոմատ անջատման գործառույթի

առկայությունն ցենտրիֆուգի
դիզբալանսի դեպքում
Միկրոպրոցեսորային կառավարում
LCD էկրան Գերտաքացման
պաշտպանության և ավտոմատ
ազդանշանային գործառույթի
առկայությունն Առավելագույն
պտտման հաճախականությունը`
16.000 պտ/րոպ Առավելագույն
կենտրոնախույս ուժը` 21 695×g
Արագության ճշգրտությունը` ±20
պտ/րոպ Ժամանակի
ճշգրտում` 1-999 րոպեի
սահմաններում Ձերմաստիճանի
կարգավորման միջակայքը` -20-ից
+40 °C Ձերմաստիճանի չափման
ճշգրտությունը ոչ ավելի քան ±1 °C
Աղմուկի մակարդակը` 65 դբ
Միկրոռոտորների և ռոտորների
առկայությունն PCR շերտերի համար
Ռոտորի տարողությունը` 24x1,5 մլ /
2,2 մլ Էլեկտրոսնուցում` 220 Վ, 50/60
Հց: Լրակազմ և պարագաներ
Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ. անգլերեն
Սարքավորումը Նոր Է,
չօգտագործված Լրակազմը
Ներառում է բոլոր անհրաժեշտ

					<p>լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ` 24 ամիս Որակի վկայականներ 1) ISO13485 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	--	--