

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նանե Հարությունյան-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի      |                  |         |                         |   |
|-----------------|-------------------------|------------------|---------|-------------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը      | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը     | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 25              | BIOBASE BIOMED CO., LTD | BIOBASE          | BKMZB   | BIOBASE BIOMED CO., LTD | Ավտոկլավ հորզոնական գոլորշային 23 լիտր ստերիլիզացնող կամերայով Ախտահանվող գործընթացը ավտոմատ վերահսկվում է ՈւՆԻ չորացման գործառույթ հասնելու համար ստերիլիզացված նյութերի չորացմանը Բարձր ջերմաստիճանի և բարձր ճնշման ավտոմատ պաշտպանության Դռան բաց լինելու ավտոմատ պաշտպանության առկայություն Տազնապը ցույց է տալիս, որ ստերիլիզացման կամերայում ճնշումը մեծ է ոչ ավելի քան 0.27 ՄՊա-ից կամ 2,7 բարից, միանում է տազնապը և դուռը չի |

կարող բացվել Ջրի ցածր մակարդակի պաշտպանություն Ամբողջ մեքենան պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից Մաքսիմում աշխատանքային ճնշումը ` 0,23ՄՊա կամ 2,3 բար Նախատեսված է վիրաբուժական գործիքների և պարագաների, ապակյա տարաների, բժշկական և փորձարարական շորերի, բժշկական ձեռնոցների ստերիլիզացման համար Ունի ամեն նյութի համար ախտահանվող ինչպես ավտոմատ ռեժիմներ, այնպես էլ ռեժիմները օպերատորի կողմից ծրագրավորելու հնարավորություն: Մաքսիմում աշխատանքային ջերմաստիճանը 134°C Ջերմաստիճանի կարգավորումը` 121°C-134°C միջակայքում Ախտահանման ժամանակը `0-60 րոպե տիրույթում Չորացման ժամանակը ` 0-20 րոպե տիրույթում Տաքության շեղումը  $\pm 2^{\circ}\text{C}$  Ունի LCD դիսփլեյ աշխատանքային պարամետրերի ցուցադրման համար Սևուցումը 220Վոլտ, 50/60Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>Օգտագործման ձեռնարկ. անգլերեն<br/>Սարքավորումը նոր է,<br/>չօգտագործված Լրակազմը<br/>ներառում է բոլոր անհրաժեշտ<br/>լրացուցիչ սարքերը և<br/>պարագաները, որոնք անհրաժեշտ<br/>են լիարժեք գործունեության համար<br/>Երաշխիքը ` 24 ամիս Որակի<br/>վկայականներ 1) ISO13485 2) CE<br/>Mark</p> |
|--|--|--|--|---|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ա/Ձ Նաևե Հարությունիյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар      |               |       |                            |  |
|------------|-------------------------|---------------|-------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование  | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики   |
| 25         | BIOBASE BIOMED CO., LTD | BIOBASE       | BKMZB | BIOBASE BIOMED CO., LTD    | Ավտոկլավ հորզոնական գոլորշային 23 լիտր ստերիլիզացնող կամերայով Ախտահանվող գործընթացը ավտոմատ վերահսկվում է ՈւՆԻ չորացման գործառույթ հասնելու համար ստերիլիզացված նյութերի չորացմանը Բարձր ջերմաստիճանի և բարձր ճնշման ավտոմատ պաշտպանության Դռան բաց լինելու ավտոմատ պաշտպանության առկայությունը Տազնապը ցույց է տալիս, որ ստերիլիզացման կամերայում ճնշումը մեծ է ոչ ավելի քան 0.27 ՄՊա-ից կամ 2,7 բարից, միանում է տազնապը և դուռը չի |

կարող բացվել Ջրի ցածր մակարդակի պաշտպանություն Ամբողջ մեքենան պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից Մաքսիմում աշխատանքային ճնշումը ` 0,23ՄՊա կամ 2,3 բար Նախատեսված է վիրաբուժական գործիքների և պարագաների, ապակյա տարաների, բժշկական և փորձարարական շորերի, բժշկական ձեռնոցների ստերիլիզացման համար Ունի ամեն նյութի համար ախտահանվող ինչպես ավտոմատ ռեժիմներ, այնպես էլ ռեժիմները օպերատորի կողմից ծրագրավորելու հնարավորություն: Մաքսիմում աշխատանքային ջերմաստիճանը 134°C Ջերմաստիճանի կարգավորումը` 121°C-134°C միջակայքում Ախտահանման ժամանակը `0-60 րոպե տիրույթում Չորացման ժամանակը ` 0-20 րոպե տիրույթում Տաքության շեղումը  $\pm 2^{\circ}\text{C}$  Ունի LCD դիսփլեյ աշխատանքային պարամետրերի ցուցադրման համար Սևուցումը 220Վոլտ, 50/60Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>Օգտագործման ձեռնարկ. անգլերեն<br/>Սարքավորումը նոր է,<br/>չօգտագործված Լրակազմը<br/>ներառում է բոլոր անհրաժեշտ<br/>լրացուցիչ սարքերը և<br/>պարագաները, որոնք անհրաժեշտ<br/>են լիարժեք գործունեության համար<br/>Երաշխիքը ` 24 ամիս Որակի<br/>վկայականներ 1) ISO13485 2) CE<br/>Mark</p> |
|--|--|--|--|---|