

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լար» ՍՊԸ -ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	Թերմոստատ 100լ.	Թերմոստատ 100լ.	Թերմոստատ 100լ.	Թերմոստատ 100լ.	Թերմոստատ 100 լիտրանոց Ինկուբատորի ծավալը ոչ պակաս քան 100 լ Օդափոխության առկայություն Բնական կոնվեկցիա Դիսփլեյով հարմարվողական բազմաֆունկցիոնալ միկրոպրոցեսորային հսկիչի առկայություն Թվային հետադարձ հաշվիչ՝ նպատակային ժամանակի կարգավորմամբ, լինի կարգավորելի ոչ պակաս քան 1 րոպեից մինչև 999 ժամ Ծրագիրը պետք է պահպանվի հոսանքի խափանման դեպքում Ձերմաստիճանի վերահսկում Բարձր ջերմաստիճանից պաշտպանության

առկայությունն Չժանգոտվող պողպատե պատյան Լիովին մեկուսացված չժանգոտվող պողպատից դուռ փականով Ներքին ապակե դուռ Չժանգոտվող պողպատից ինտերիեր Հեշտ մաքրվող ինտերիեր՝ պատրաստված չժանգոտվող պողպատից Ոչ պակաս, քան 1 չժանգոտվող պողպատից ցանց(եր)

Ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայքը ոչ պակաս քան +20 - + 80 ° C միջակայքում

Էլեկտրոսուղում՝ 220 Վ, 50/60 Հց:

Լրակազմ և պարագաներ

Տեղադրում և մեկնարկ

Աշխատակազմի ուսուցում տեղում

Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն

Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար

Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս

Որակի վկայականներ

(առկայություն) 1) ISO13485 կամ համարժեք 2) CE Mark (Directive

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
12	Թերմոստատ 100լ.	Թերմոստատ 100լ.	Թերմոստատ 100լ.	Թերմոստատ 100լ.	Թերմոստատ 100 լիտրանոց հնկուբատորի ծավալը ոչ պակաս քան 100 լ Օդափոխության առկայություն Բնական կոնվեկցիա Դիսփլեյով հարմարվողական բազմաֆունկցիոնալ միկրոպրոցեսորային հսկիչի առկայություն Թվային հետադարձ հաշվիչ՝ նպատակային ժամանակի կարգավորմամբ, լինի կարգավորելի ոչ պակաս քան 1 րոպեից մինչև 999 ժամ Ծրագիրը պետք է պահպանվի հոսանքի խափանման դեպքում Ձերմաստիճանի վերահսկում Բարձր ջերմաստիճանից պաշտպանության

առկայությունն Չժանգոտվող պողպատե պատյան Լիովին մեկուսացված չժանգոտվող պողպատից դուռ փականով Ներքին ապակե դուռ Չժանգոտվող պողպատից ինտերիեր Հեշտ մաքրվող ինտերիեր՝ պատրաստված չժանգոտվող պողպատից Ոչ պակաս, քան 1 չժանգոտվող պողպատից ցանց(եր)

Ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայքը ոչ պակաս քան +20 - + 80 ° C միջակայքում

Էլեկտրոսուղում՝ 220 Վ, 50/60 Հց:

Լրակազմ և պարագաներ

Տեղադրում և մեկնարկ

Աշխատակազմի ուսուցում տեղում

Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն

Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար

Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս

Որակի վկայականներ

(առկայություն) 1) ISO13485 կամ համարժեք 2) CE Mark (Directive

