

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լար» ՍՊԸ -ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
26	Լաբորատոր թափահարիչ	Լաբորատոր թափահարիչ	Լաբորատոր թափահարիչ	Լաբորատոր թափահարիչ	Նախատեսված է հորիզոնական հարթությունում 100-ից 1000 մլ ծավալով մի քանի անոթներում հեղուկների միաժամանակյա խառնման համար՝ հարթակի փոխադարձ շարժման միջոցով Հարթակի շարժման հետագիծը հետադարձ-վերադարձելի Հարթակի տատանումների կարգավորելի հաճախականությունը ոչ պակաս քան 200 տատանում / րոպե Հարթակի շարժումը 10-12 մմ միջակայքում Հարթակի տարողությունը (ոչ պակաս քան). հարթ հատակով կոլբաներ 1000 մլ

				<p>ծավալով - 2 հատ; 500 մլ - 2 հատ; 250 մլ - 4 հատ; 100 մլ - 4 հատ: Սնուցումը 220Վոլտ, 50/60Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 կամ համարժեք 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լար» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/64/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
26	Լարորատոր թափահարիչ	Լարորատոր թափահարիչ	Լարորատոր թափահարիչ	Լարորատոր թափահարիչ	Նախատեսված է հորիզոնական հարթությունում 100-ից 1000 մլ ծավալով մի քանի անոթներում հեղուկների միաժամանակյա խառնման համար՝ հարթակի փոխադարձ շարժման միջոցով Հարթակի շարժման հետագիծը հետադարձ-վերադարձելի Հարթակի տատանումների կարգավորելի հաճախականությունը ոչ պակաս քան 200 տատանում / րոպե Հարթակի շարժումը 10-12 մմ միջակայքում Հարթակի տարողությունը (ոչ պակաս քան). հարթ հատակով կոլբաներ 1000 մլ

				<p>ծավալով - 2 հատ; 500 մլ - 2 հատ; 250 մլ - 4 հատ; 100 մլ - 4 հատ: Սնուցումը 220Վոլտ, 50/60Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 կամ համարժեք 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	---