

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖՈՒԴՍԻԹԻ ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/69 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|-----------------|---|--|---|---|
| | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 4 | 1.EnSite™ Patch Electrode Kit; 2.Medtronic EGM™ Surface Electrodes; 3.Boston Scientific Surface Electrodes; 4.Biosense Webster PentaRay™ Surface Electrodes | NavX եռաչափ քարտեզագրման համակարգի հետ համատեղելի և մատակարարման պահին արտադրված ամենանոր մակնիշի մակերեսային էլեկտրոդների հավաքածու | 1.EnSite™ Patch Electrode Kit; 2.Medtronic EGM™ Surface Electrodes; 3.Boston Scientific Surface Electrodes; 4.Biosense Webster PentaRay™ Surface Electrodes | Մակերեսային էլեկտրոդների հավաքածու համատեղելի NavX եռաչափ քարտեզագրման համակարգի հետ: Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույթները. Յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: Արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով: Արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով: Ապրանքի |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | փոխարինումը պետք է իրականացվի երկու ամսվա ընթացքում: |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Фудсити» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUFC-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/69 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|---|--|---|---|
| | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 4 | 1.EnSite™ Patch Electrode Kit; 2.Medtronic EGM™ Surface Electrodes; 3.Boston Scientific Surface Electrodes; 4.Biosense Webster PentaRay™ Surface Electrodes | NavX եռաչափ քարտեզագրման համակարգի հետ համատեղելի և մատակարարման պահիս արտադրված ամենանոր մակնիշի մակերեսային էլեկտրոդների հավաքածու | 1.EnSite™ Patch Electrode Kit; 2.Medtronic EGM™ Surface Electrodes; 3.Boston Scientific Surface Electrodes; 4.Biosense Webster PentaRay™ Surface Electrodes | Набор поверхностных электродов, совместим с системой трехмерной топографии NavX. Продавец обязан за свой счет осуществить следующие действия: В каждом случае бракования товара передать информацию, предоставленную Заказчиком, производителю, получить объяснение производителя по данному случаю и представить это Покупателю. При этом Покупатель вправе проверить достоверность представленной информации у производителя. В случае производственного брака заменить товар на новый. В случае отзыва производителем какой-либо партии продукции (поставляемой Покупателю) передать эту информацию Покупателю и заменить отозванную продукцию на новую. Замена товара должна осуществляться в течении двух месяцев. |

