

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԻՍԵԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	II դասի բիոլոգիական ապահովության կաբինետ #2	Biobase, Infitek	BSC-3FA2-Մաճ BSC- IIA2-3J	Biobase, Infitek	II դասի բիոլոգիական ապահովության կաբինետը հատուկ նախագծված է լաբորատոր գործողությունների համար, որոնք պահանջում են օգտագործողի և արտադրանքի պաշտպանություն: Գործում է օդային բացասական ճնշման տակ՝ պաշտպանելու անձնակազմը և HEPA կամ ULPA ֆիլտրի լամինատային հոսքը՝ արտադրանքը պաշտպանելու համար: Հարմար է մանրէաբանական և հետազոտական ծրագրերին, որոնք չեն պարունակում ռադիոակտիվ

Նյութեր և թունավոր աղտոտող նյութեր: HEPA կամ ULPA ֆիլտրերի առկայություն HEPA կամ ULPA ֆիլտրերի արդյունավետություն. Արդյունավետությունը ոչ պակաս քան 99,995% ոչ ավելի քան 0,3 միկրոնի դեպքում Չտիչների ռեսուրսների ցուցիչի առկայություն Ներհոսքի արագություն՝ NFS-ANSI-49-2022 կամ BS EN 12469:2000 կամ համարժեք ստանդարտների համապատասխան Վարընթաց հոսքի արագությունը՝ NFS-ANSI-49-2022 կամ BS EN 12469:2000 կամ համարժեք ստանդարտներին համապատասխան Լյումինեսցենս լամպ՝ առկայություն Ուլտրամանուշակագույն լամպ. առկայություն Լուսավորություն՝ ոչ պակաս քան 800 լյուքս Աշխատանքային մակերեսի բարձրությունը՝ 750 ± 50 մմ Աշխատանքային բացումը՝ ոչ ավել քան 200 մմ Ներքին չափսերը (ԵxԽxԲ). (ոչ ավելի քան) Երկարությունը՝ 900-1100 մմ միջակայքում խորությունը՝ 500-650 մմ միջակայքում Ընդհանուր բարձրությունը՝ 650-700 մմ

միջակայքում Ընդհանուր չափսերը
(ԵxԽxԲ). (ոչ ավելի քան)
Երկարությունը՝ 900-1100 մմ
միջակայքում Խորությունը՝ 700-800
մմ միջակայքում Ընդհանուր
բարձրությունը՝ 2200-2400 մմ
միջակայքում Չժանգոտվող
պողպատից աշխատանքային
մակերես Կանգնակ՝ բարձրության
կարգավորմամբ Առջևի
պատուհանը՝ հակա-
ուլտրամանուշակագույն ապակի,
ճառագայթների ոչ պակաս քան 98%
կլանմամբ Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ,
50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ
Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն
կամ անգլերեն կամ ռուսերեն
Սարքավորումը պետք է լինի նոր,
չօգտագործված Լրակազմը
ներառում է բոլոր անհրաժեշտ
լրացուցիչ սարքերը և
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ
են լիարժեք գործունեության համար
Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս
Որակի վկայականներ
(առկայություն) 1) ISO13485 կամ
համարժեք 2) NFS-ANSI-49-2022 կամ

					BS EN 12469:2000 կամ համարժեք 3) CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՆԻՍԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԲԱԶԱՊՁԲ-2024/64/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					