

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԴԹՐԵՅԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	PCR անալիզների պահարան	PCR անալիզների պահարան	PCR անալիզների պահարան	PCR անալիզների պահարան	PCR անալիզների պահարան PCR անալիզների պահարանը Նախագծված է որպես բացասական ճնշման օդափոխման համակարգ, որն ապահովում է օպերատորների և լաբորատոր միջավայրի անվտանգությունը PCR անալիզների իրականացման ժամանակ: Ոչ պակաս քան 4 անիվների վրա Ոչ պակաս քան 2 անիվը արգելակներով Դիմապակին Էլեկտրական շարժիչով, բարձրությունը կարգավորելի Թվային դիսփլեյի առկայություն Ներքին չափերը (Wxdxh): (ոչ ավելի

քան միջակայքում) Երկարությունը. 700-ից 900 մմ Խորությունը. 580-ից 620 մմ Ընդհանուր բարձրությունը. 550-ից 600 մմ Ընդհանուր չափերը (Wxdxh): (ոչ ավելի քան միջակայքում) Երկարությունը. 800-ից 1000 մմ Խորությունը. 680-ից 720 մմ Ընդհանուր բարձրությունը. 1700-ից 1800 մմ Օդի հոսքի արագությունը ոչ պակաս քան 0,3-0,5 մ/վ միջակայքում Օդի հոսքի արագության կարգավորում LED լամպի առկայություն Ուլտրամանուշակագույն ստերիլիզացման լամպի առկայություն, որի ճառագայթումը պետք է լինի 253,7 նմ՝ ստերիլիզացման լավագույն ազդեցությանը հասնելու համար: Ուլտրամանուշակագույն ստերիլիզացում ուլտրամանուշակագույն լամպի ժամանակաչափի գործառույթով Հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի պողպատից՝ հակամանրէային փոշու ծածկույթով Աշխատանքային սեղանը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից Ոչ պակաս քան 2

անջրանցիկ էլեկտրական վարդակների առկայություն HEPA կամ ULPA ֆիլտրերի առկայություն HEPA կամ ULPA ֆիլտրերի արդյունավետությունը ոչ պակաս քան 99,995% ոչ ավելի քան 0,3 միկրոնի դեպքում Պոլիեսթեր մանրաթելից լվացվող նախնական ֆիլտրի առկայություն Շտատիվով չժանգոտվող պողպատից դարակի առկայություն Ջրի ծորակի առկայություն Գազի ծորակի առկայությունը Ջրի լվացարանի առկայություն էլեկտրոսնուցում` 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 կամ համարժեք 2) CE Mark (Directive

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МЕДТРЕЙД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 02 ЕЦДЦП2Р-2024/64/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					