

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լար» ՍՊԸ -ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/69/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	---	---	---	---	Սառնարան արյան պահպանման համար +5°C Նախատեսված է արյան և Էրիթրոցիտների զանգվածը արյան փոխներարկման կայաններում, հիվանդանոցներում և առողջապահական այլ հաստատություններում պահելու համար: Հատկություններ և լրացուցիչ տարրեր. Միկրոպրոցեսորի վրա հիմնված ջերմաստիճանի կարգավորիչ՝ ուլտրազգայուն ջերմաստիճանի տվիչով Դուռը մետաղական կողպեքով Խցիկում ջերմաստիճանի ավտոմատ պահպանում Ազդանշան՝

սահմանված ջերմաստիճանային սահմանից շեղվելու դեպքում Կառավարման վահանակի վրա ջերմաստիճանի ցուցիչի առկայություն Օդի շրջանառության հարկադիր համակարգ Դռան բացման ժամանակ օդափոխիչի ավտոմատ անջատում Արյան և դրա բաղադրիչների պահպանման համար ոչ պակաս, քան 16 հարմար և տարողունակ տարաների առկայություն Ջերմային քարտի առկայություն Ներքին պահարանի և դռան վահանակի հակաբակտերիալ ծածկույթ Ընդհանուր ծավալը ոչ պակաս քան 500 լիտր Սառնարանի հալեցման համակարգի առկայություն Սառնարանային ջերմաստիճանը ոչ պակաս քան + 2 - + 6 ° C տիրույթում Ջերմաստիճանի կառավարման ճշգրտությունը՝ ոչ ավելի քան ± 2 °C Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 Վ $\pm 10\%$, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր,

				չօգտագործված Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/69/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	---	---	---	---	<p>Սառնարան արյան պահպանման համար +5°C Նախատեսված է արյան և էրիթրոցիտների գանգվածը արյան փոխներարկման կայաններում, հիվանդանոցներում և առողջապահական այլ հաստատություններում պահելու համար: Հատկություններ և լրացուցիչ տարրեր.</p> <p>Միկրոպրոցեսորի վրա հիմնված ջերմաստիճանի կարգավորիչ՝ ուլտրազգայուն ջերմաստիճանի տվիչով Դուռը մետաղական կողպեքով Խցիկում ջերմաստիճանի ավտոմատ պահպանում Ազդանշան՝</p>

սահմանված ջերմաստիճանային սահմանից շեղվելու դեպքում Կառավարման վահանակի վրա ջերմաստիճանի ցուցիչի առկայությունն Օդի շրջանառության հարկադիր համակարգ Դռան բացման ժամանակ օդափոխիչի ավտոմատ անջատում Արյան և դրա բաղադրիչների պահպանման համար ոչ պակաս, քան 16 հարմար և տարողունակ տարաների առկայությունն Ջերմային քարտի առկայությունն Ներքին պահարանի և դռան վահանակի հակաբակտերիալ ծածկույթ Ընդհանուր ծավալը ոչ պակաս քան 500 լիտր Սառնարանի հալեցման համակարգի առկայությունն Սառնարանային ջերմաստիճանը ոչ պակաս քան + 2 - + 6 ° C տիրույթում Ջերմաստիճանի կառավարման ճշգրտությունը՝ ոչ ավելի քան ± 2 °C Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 Վ $\pm 10\%$, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր,

				չօգտագործված Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք
--	--	--	--	--