

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լար» ՍՊԸ -ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/69/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	---	---	---	---	Ջրի թորի Ջրի թորիչը պետք է հեռացնի լուծվող պինդ նյութերը և պիրոգենները ջրի ծորակի կամ լրացուցիչ մշակված ջրից Ջրի թորիչը պետք է հագեցած լինի թերմոստատով, իսկ ջրի մակարդակի անջատիչը պետք է ապահովի ավտոմատ շահագործում Պետք է պաշտպանված լինի գերտաքացումից՝ անջատելով, երբ ջրամատակարարումն ընդհատվում է Հեշտ մաքրվում է՝ կոնդենսատը սարքի մարմնից հանելով Չժանգոտվող պողպատից երկպատանի կամերան ինսայում է

				<p>Էլեկտրաէներգիան Տարողությունը՝ 10 Լ, թորած ջրի ելքը՝ ոչ պակաս քան 9 Լ/Ժ Նյութը Ներքին նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ Արտաքին նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ կամ պողպատյա թիթեղ Անվտանգության սարք Պետք է ունենա ջրի մակարդակի անջատիչ Պետք է ունենա գերտաքացման թերմոստատ Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 կամ ISO9001 կամ համարժեք 2. CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«Պրինս Լար» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/69/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	---	---	---	---	Ջրի թորի Ջրի թորիչը պետք է հեռացնի լուծվող պինդ նյութերը և պիրոգենները ջրի ծորակի կամ լրացուցիչ մշակված ջրից Ջրի թորիչը պետք է հագեցած լինի թերմոստատով, իսկ ջրի մակարդակի անջատիչը պետք է ապահովի ավտոմատ շահագործում Պետք է պաշտպանված լինի գերտաքացումից՝ անջատելով, երբ ջրամատակարարումն ընդհատվում է Հեշտ մաքրվում է՝ կոնդենսատը սարքի մարմնից հանելով Չժանգոտվող պողպատից երկպատանի կամերան ինսայում է

				<p>Էլեկտրաէներգիան Տարողությունը՝ 10 Լ, թորած ջրի ելքը՝ ոչ պակաս քան 9 Լ/Ժ Նյութը Ներքին նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ Արտաքին նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ կամ պողպատյա թիթեղ Անվտանգության սարք Պետք է ունենա ջրի մակարդակի անջատիչ Պետք է ունենա գերտաքացման թերմոստատ Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 կամ ISO9001 կամ համարժեք 2. CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	--