ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/69/1 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Սառցարան -40°C	Սառցարան -40°C	Սառցարան -40°C	Սառցարան -40°C	Բժշկական սառցարան -40°C Սառցարան բժշկական նպատակներով Սառցարանը պետք է ունենա 2 առանձին կառավարման խցիկ, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր սեփական դուռը Պետք է ունենա արտաքին կողպեք Ոչ պակաս քան 10 պահատուփերի առկայություն Բարձր ճշգրտության միկրոպրոցեսորային ջերմաստիճանի կառավարման համակարգ թվային ջերմաստիճանի էկրանով՝ ոչ ավելի քան 0,1 ℃ ճշգրտությամբ Ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայքը ոչ

						պակաս քան -20 °C ~ -40 °C Թվային էկրանը ցույց է տալիս սառցարանի աշխատանքի վիճակը և տագնապի կոդը, հեշտ է իմանալ սառցարանի կարգավիճակը Անվտանգ պահպանման համար լսելի և տեսանելի ահազանգման համակարգ Ոչ պակաս քան բարձր ջերմաստիճանի ազդանշան, ցածր ջերմաստիճանի ազդանշան, լարման սխալի ազդանշան, կոմպրեսորի փափուկ մեկնարկի / դադարեցման գործառույթի ազդանշան Սառեցման, ցուցադրման և պահարանի ջերմաստիճանի սենսորների առկայություն Ծավալը ոչ պակաս քան 470 լիտր Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս

					Որակի վկայականներ 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/69/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Медицинская морозильная камера -40°C	Медицинская морозильная камера -40°C	Медицинская морозильная камера -40°C	Медицинская морозильная камера -40°C	Медицинская морозильная камера -40°C Морозильная камера для медицинских целей В морозильной камере должно быть два отдельных отсека управления, каждый со своей дверью. Должен быть внешний замок Наличие не менее 10 сейфов Высокоточная микропроцессорная система контроля температуры с цифровой индикацией температуры с точностью не более 0,1℃. Диапазон установки температуры не менее -20 °C ~ -40 °C. Цифровой дисплей показывает рабочее состояние

						морозильной камеры и код тревоги, легко узнать состояние морозильной камеры. Звуковая и визуальная сигнализация для безопасного хранения. Не менее чем сигнализация высокой температуры, сигнализация низкой температуры, сигнализация ошибки напряжения, сигнализация функции плавного пуска/останова компрессора Наличие датчиков охлаждения, дисплея и температуры шкафа. Объем не менее 470 литров. Оборудование и аксессуары Установка и запуск Обучение персонала на месте Руководство пользователя на армянском, английском или русском языке. Оборудование должно быть новым, неиспользованным. В комплект должны входить все необходимые дополнительные устройства и аксессуары, необходимые для полноценной работы. Гарантия не менее 24 месяцев. Сертификаты качества 1. ISO13485 или эквивалент. 2. Маркировка CE (Директива 93/42/EEC) или FDA или

					эквивалент.