# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Նանա Մեդ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/69/1 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | 1) Bench-top High-Speed Refrigerated Centrifuge 2) Table Top High Speed Refrigerated Centrifuge | Kaida/ Biobase | KH20R-2/ BKC-TH21RS | HUNAN KAIDA SCIENTIFIC INSTRUMENTS CO., LTD/ BIOBASE GROUP | 1) Բարձր արագությամբ սեղանի սառեցվող միկրոցենտրիֆուգ Կոմպակտ կոնստրուկցիա՝ առանց վիբրացիայի աշխատելու համար Սեղանին դրվող տարբերակ Կառավարման վահանակ-մեկնարկի / դադարեցման անջատիչի, դինամիկ արգելակների, արագության աստիճանական կարգավորիչ ժամանակի չափիչով, զրոյական մեկնարկի անջատիչով և արագության ցուցիչ՝ ժամանակաչափով Դռան արգելափակում Ավտոմատ անջատման գործառույթի |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | առկայություն ցենտրիֆուգի դիզբալանսի դեպքում Միկրոպրոցեսորային կառավարում Թվային էկրան Գերտաքացման պաշտպանության և ավտոմատ ազդանշանային գործառույթի առկայություն Առավելագույն պտտման հաճախականություն՝ 18.600 պտ/րոպ Առավելագույն կենտրոնախույս ուժը՝ 24.560×g Արագության ճշգրտությունը՝ ±20 պտ/րոպց Ժամանակի ճշգրտում՝1-999 րոպեի սահմաններում Ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայքը՝ -20-ից +40 °C Ջերմաստիճանի չափման ճշգրտությունը՝ ±1 °C Աղմուկի մակարդակը՝ ≤60 դբ Ռոտորի տարողությունը՝ 32x10մլ / 15 մլ Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ՝անգլերեն Սարքավորումը կլինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. CE Mark (Directive 93/42/EEC)/ (Directive 2014/30/EEC and 2014/35) 2) Բարձր արագությամբ սեղանի սառեցվող միկրոցենտրիֆուգ Կոմպակտ կոնստրուկցիա՝ առանց վիբրացիայի աշխատելու համար Սեղանին դրվող տարբերակ Կառավարման վահանակ- մեկնարկի / դադարեցման անջատիչի, դինամիկ արգելակների, արագության աստիճանական կարգավորիչ ժամանակի չափիչով, զրոյական մեկնարկի անջատիչով և արագության ցուցիչ՝ ժամանակաչափով Դռան արգելափակում Ավտոմատ անջատման գործառույթի առկայություն ցենտրիֆուգի դիզբալանսի դեպքում Միկրոպրոցեսորային կառավարում Թվային էկրան Գերտաքացման պաշտպանության և ավտոմատ ազդանշանային գործառույթի առկայություն Առավելագույն պտտման հաճախականություն՝ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 21.000 պտ/րոպ Առավելագույն կենտրոնախույս ուժը՝ 31.061×g Արագության ճշգրտությունը՝ ±20 պտ/րոպց Ժամանակի ճշգրտում՝1-99 րոպեի/59վայրկյանի սահմաններում Ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայքը՝ -20-ից +40 °C Ջերմաստիճանի չափման ճշգրտությունը՝ ±1 °C Աղմուկի մակարդակը՝ ≤65 դբ Ռոտորի տարողությունը՝ 32x10մլ / 15 մլ Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ՝անգլերեն Սարքավորումը կլինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. CE Mark (Directive 93/42/EEC) |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

НАНА МЕД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/69/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | 1) Bench-top High-Speed Refrigerated Centrifuge 2) Table Top High Speed Refrigerated Centrifuge | Kaida/ Biobase | KH20R-2/ BKC-TH21RS | HUNAN KAIDA SCIENTIFIC INSTRUMENTS CO., LTD/ BIOBASE GROUP | 1) Բարձր արագությամբ սեղանի սառեցվող միկրոցենտրիֆուգ Կոմպակտ կոնստրուկցիա՝ առանց վիբրացիայի աշխատելու համար Սեղանին դրվող տարբերակ Կառավարման վահանակ-մեկնարկի / դադարեցման անջատիչի, դինամիկ արգելակների, արագության աստիճանական կարգավորիչ ժամանակի չափիչով, զրոյական մեկնարկի անջատիչով և արագության ցուցիչ՝ ժամանակաչափով Դռան արգելափակում Ավտոմատ անջատման գործառույթի |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | առկայություն ցենտրիֆուգի դիզբալանսի դեպքում Միկրոպրոցեսորային կառավարում Թվային էկրան Գերտաքացման պաշտպանության և ավտոմատ ազդանշանային գործառույթի առկայություն Առավելագույն պտտման հաճախականություն՝ 18.600 պտ/րոպ Առավելագույն կենտրոնախույս ուժը՝ 24.560×g Արագության ճշգրտությունը՝ ±20 պտ/րոպց Ժամանակի ճշգրտում՝1-999 րոպեի սահմաններում Ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայքը՝ -20-ից +40 °C Ջերմաստիճանի չափման ճշգրտությունը՝ ±1 °C Աղմուկի մակարդակը՝ ≤60 դբ Ռոտորի տարողությունը՝ 32x10մլ / 15 մլ Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ՝անգլերեն Սարքավորումը կլինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. CE Mark (Directive 93/42/EEC)/ (Directive 2014/30/EEC and 2014/35) 2) Բարձր արագությամբ սեղանի սառեցվող միկրոցենտրիֆուգ Կոմպակտ կոնստրուկցիա՝ առանց վիբրացիայի աշխատելու համար Սեղանին դրվող տարբերակ Կառավարման վահանակ- մեկնարկի / դադարեցման անջատիչի, դինամիկ արգելակների, արագության աստիճանական կարգավորիչ ժամանակի չափիչով, զրոյական մեկնարկի անջատիչով և արագության ցուցիչ՝ ժամանակաչափով Դռան արգելափակում Ավտոմատ անջատման գործառույթի առկայություն ցենտրիֆուգի դիզբալանսի դեպքում Միկրոպրոցեսորային կառավարում Թվային էկրան Գերտաքացման պաշտպանության և ավտոմատ ազդանշանային գործառույթի առկայություն Առավելագույն պտտման հաճախականություն՝ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 21.000 պտ/րոպ Առավելագույն կենտրոնախույս ուժը՝ 31.061×g Արագության ճշգրտությունը՝ ±20 պտ/րոպց Ժամանակի ճշգրտում՝1-99 րոպեի/59վայրկյանի սահմաններում Ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայքը՝ -20-ից +40 °C Ջերմաստիճանի չափման ճշգրտությունը՝ ±1 °C Աղմուկի մակարդակը՝ ≤65 դբ Ռոտորի տարողությունը՝ 32x10մլ / 15 մլ Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ՝անգլերեն Սարքավորումը կլինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. CE Mark (Directive 93/42/EEC) |