

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԴԹՐԵՅԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/69 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |            |                        |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը    | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 3                  | Ցենտրիֆուգ            | Ցենտրիֆուգ          | Ցենտրիֆուգ | Ցենտրիֆուգ             | Հատակի ցենտրիֆուգ՝ սառեցմամբ,<br>դոնորների արյան բաղադրիչների<br>բաժանման համար Կառավարման<br>վահանակը՝ միկրոպրոցեսորային<br>կառավարում, թվային էկրան,<br>փայլաթիթեղի կոճակներ<br>հեղուկներից և փոշուց<br>պաշտպանվելու համար, պտտվող<br>կառավարման կոճակ՝<br>պարամետրերը սահմանելու<br>համար: Առավելագույն<br>տարողականությունը՝ ոչ պակաս,<br>քան 12x500մլ արյան պարկեր:<br>Նվազագույն պտույտների քանակը<br>ոչ ավել քան 50 պ/ր: Առավելագույն |

պտույտների քանակը ոչ պակաս, քան 6000 պ/ր, քայլը ոչ ավել քան 10 պ/ր: Առավելագույն կենտրոնախույս ուժը ոչ պակաս, քան 6500 g, քայլը ոչ ավել քան 1 g: Ներկառուցված սառեցման և տաքացման համակարգի առկայություն: Կարգավորվող ջերմաստիճանի միջակայքը առնվազն -20-ից մինչև +40 °C: Կարգավորվող ջերմաստիճանի քայլը ոչ ավել քան 1 °C: Ռոտորների ավտոմատ ճանաչման համակարգ: Նախնական հովացման գործառույթի առկայություն: Ժամանակի կարգավորումների տիրույթը առնվազն 1 վրկ – 999 ր տիրույթում: Սահմանված RPM արժեքին հասնելուց հետո իներցիոն կանգառի գործառույթի առկայություն, առանց արգելակման: Ծրագրավորվող հիշողությունների քանակը ոչ պակաս, քան 10: Ցենտրիֆուգացման ծրագրերի համակցությունների հնարավորություն մի քանի ծրագրային շղթաների միջոցով: Կափարիչի կողպման հնարավորության առկայություն:

Փաստացի պարամետրերի փոխելու հնարավորություն աշխատանքի ժամանակ: Կենտրոնախույս բաժանմունքի նյութը չժանգոտվող պողպատ: Անհավասարակշռության ավտոմատ հայտնաբերում: 2 տեղանոց դուլլերի տեղադրման հնարավորություն, առնվազն 4 տեղ: Աղմուկի մակարդակը ոչ ավել քան 62Դբ: Էլեկտրամատակարարումը 380-400Վ 50 Հց ցանցից: Աշխատանքային մեթոդը՝ առանց ջրի օգտագործման: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Լրակազմում պետք է լինեն բոլոր անհրաժեշտ մալուխները և պարագաները լիարժեք աշխատանքի համար, այդ թվում հոսանքի տատանումներից և գերլարումից պաշտպանող սարք: Սարքի հետ պետք է տրամադրվի առնվազն 2 տարբեր ռոտորներ՝  $\geq 12*500$ մլ և  $\geq 6*1000$ մլ: Երաշխիքը առնվազն 18 ամիս: Սարքի տեղադրումը, գործարկումը և ուսուցումը պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից: Որակի վկայականների առկայություն՝ առնվազն 1. ISO 13485 կամ

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | համաժողով, 2. ISO14001 կամ<br>համաժողով, 3. CE Mark (Directive<br>93/42/EEC) կամ FDA կամ համաժողով: |
|--|--|--|--|---|

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МЕДТРЕЙД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԲԱԶԱՊՁԲ-2024/69 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3          |                        |               |       |                            |                            |