

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈ-ՄԵԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/69/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	-	-	-	-	Լաբորատոր HF-250-3 Pozis Ջերմաստիճանի վերահսկումը $+2^{\circ}\text{C}$ - ից $+15^{\circ}\text{C}$ տիրույթում Օգտակար ծավալը 250 լիտր Դարակների քանակը` 5 կոմպրեսորի քանակ-1 հատ խլոդաազենտ իզոբութան (R600a), ջերմային քարտի առկայություն Գերզգայուն ջերմաստիճանի հսկողություն, $0,1^{\circ}\text{C}$ ճշգրտությամբ, Օդի հարկադիր շրջանառություն Ավտոմատ խցիկի ջերմաստիճանի պահպանման համակարգ, Թվային էկրանը ցույց է տալիս սառնարանի աշխատանքի վիճակը Անվտանգ պահպանման

համար լսելի և տեսանելի
ահագանգման համակարգ բարձր
ջերմաստիճանի ազդանշան, ցածր
ջերմաստիճանի ազդանշան,
Էներգոմատակարարման սխալի
ազդանշան Սառեցման սենսորների
առկա է Սառեցման եղանակը՝
հարկադիր օդային հովացման
համակարգ առկա է Ապակե դուռ
Էլեկտրական ջեռուցմամբ առկա
է, Սահմանված ջերմաստիճանից
շեղման դեպքում ձայնային
ազդանշանի ապահովում, Երբ դուռը
բացվում է, օդափոխիչն անջատվում
է. Ներկառուցված լամպի
առկայություն, որն ավտոմատ
կերպով լուսավորվում կամ
անջատվում է դուռը բացելիս կամ
փակելիս առկա է Լվացվող մակերես
Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 Վ / 50 Հց
Դեղորայք պահելու տարաներ
(պլաստմասից պատրաստված 2
հատ) Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ ուսերեն
Սարքավորումը նոր է,
չօգտագործված Լրակազմում
նեռարված են բոլոր անհրաժեշտ
պարագաները աշխատանքը սկսուլու

					համար Երաշխիքը 24ամիս Որակի վկայականներ բոլոր փաստաթղթերը առկա են(որակի սերտիֆիկատ,ծագման սերտիֆիակ և վկայական)
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՊՐՈ-ՍԵՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/69/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	-	-	-	-	Լաբորատոր HF-250-3 Pozis Ջերմաստիճանի վերահսկումը +2°C-ից +15°C տիրույթում Օգտակար ծավալը 250 լիտր Դարակների քանակը՝ 5 կոմպրեսորի քանակ-1 հատ Խլոդաազենտ իզոբութան (R600a), ջերմային քարտի առկայություն Գերզգայուն ջերմաստիճանի հսկողություն, 0,1 °C ճշգրտությամբ, Օդի հարկադիր շրջանառություն Ավտոմատ խցիկի ջերմաստիճանի պահպանման համակարգ, Թվային էկրանը ցույց է տալիս սառնարանի աշխատանքի վիճակը Անվտանգ պահպանման

համար լսելի և տեսանելի
ահագանգման համակարգ բարձր
ջերմաստիճանի ազդանշան, ցածր
ջերմաստիճանի ազդանշան,
Էներգոմատակարարման սխալի
ազդանշան Սառեցման սենսորների
առկա է Սառեցման եղանակը՝
հարկադիր օդային հովացման
համակարգ առկա է Ապակե դուռ
Էլեկտրական ջեռուցմամբ առկա
է, Սահմանված ջերմաստիճանից
շեղման դեպքում ձայնային
ազդանշանի ապահովում, Երբ դուռը
բացվում է, օդափոխիչն անջատվում
է. Ներկառուցված լամպի
առկայություն, որն ավտոմատ
կերպով լուսավորվում կամ
անջատվում է դուռը բացելիս կամ
փակելիս առկա է Լվացվող մակերես
Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 Վ / 50 Հց
Դեղորայք պահելու տարաներ
(պլաստմասից պատրաստված 2
հատ) Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ ռուսերեն
Սարքավորումը նոր է,
չօգտագործված Լրակազմում
նեռարված են բոլոր անհրաժեշտ
պարագաները աշխատանքը սկսուլու

					համար Երաշխիքը 24ամիս Որակի վկայականներ բոլոր փաստաթղթերը առկա են(որակի սերտիֆիկատ,ծագման սերտիֆիակ և վկայական)
--	--	--	--	--	---