ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/69 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Պլազմայի արագ սառեցման սառցարան	Պլազմայի արագ սառեցման սառցարան	Պլազմայի արագ սառեցման սառցարան	Պլազմայի արագ սառեցման սառցարան	Պլազմայի արագ սառեցման սառցարան Պետք է նախատեսված լինի արյան պլազմայի կամ կենսաբանական նմուշների արագ սառեցման համար՝ արյան փոխներարկման կետերում կամ բժշկական հաստատություններում -30°C-ից ցածր ջերմաստիճանում: Պահպանման ջերմաստիճանը, սառեցման և հալեցման ժամանակը կարող են փոխվել ըստ անհրաժեշտության: Նախնական սառեցման, սառեցման և հալեցման բոլոր ընթացակարգերը պետք է վերահսկվեն միկրոպրոցեսորային

					կառավարման համակարգով՝ անսարքություններից խուսափելու և պլազմայի անվտանգությունն ապահովելու համար։ Ջերմաստիճանի սահմանները ոչ պակաս քան -30 °C - ից -50 °C միջակայքում Ջերմաստիճանի չափման ճշգրտությունը ոչ ավելի քան ±1 °C Պլազմային տոպրակների ծավալը յուրաքանչյուրը ոչ պակաս քան 250 մլ, ոչ պակաս քան 30 պլազմային տոպրակներ Պլազմային տոպրակների ծավալը յուրաքանչյուրը ոչ պակաս քան 850 մլ, ոչ պակաս քան 20 պլազմային տոպրակներ Սառեցման ժամանակը մինչև -30°C ոչ պակաս քան 250 մլ պլազմային տոպրակների համար (ոչ պակաս քան 30 պլազմային տոպրակներ) ոչ ավելի քան 30 րոպե Սառեցման ժամանակը մինչև -30°C ոչ պակաս քան 850 մլ պլազմային տոպրակների համար (ոչ պակաս քան 20 պլազմային տոպրակներ) ոչ ավելի քան 50 րոպե Թվային դիսփլեյի առկայություն Թվային էկրանը պետք է ցույց տա սառցարանի աշխատանքի վիճակը Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 Վ, 50/60 Հց

					կամ 380 Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ, Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար, Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 կամ համարժեք, 2. CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «ВИОЛА» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/69 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					