

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/74 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Johnson&Johnson, Ethicon-Endo	Johnson&Johnson, Ethicon-Endo	Johnson&Johnson, Ethicon-Endo Prolene	2 ասեղով չներծծվող վիրաբուժական թել, ստերիլ, սինթետիկ, մոնոֆիլամենտ, պատրաստված պոլիպրոպիլենի բյուրեղային ստերեոիզոմեր - սինթետիկ գծային պոլիլեֆին, ներկված վառ գույնով՝ վերքի մեջ նրա տեսանելիությունը լավացնելու համար, մետրիկային չափը 0.4, անվանական չափը 8-0, թելի երկարությունը 45սմ: Ասեղի տիպը ծակող, 3/8 շրջան, 6,5մմ երկարությամբ, տրամագիծը 0.1524մմ, պողպատի դասը 4310, պատրաստված կոռոզիայի նկատմամբ դիմացկուն խառնուրդից, մշակված սիլիկոնի կրկնակի շերտով, ինչը նվազեցնում է շփումը և հեշտացնում ասեղի անցումը հյուսվածքի միջով, ունի ասեղնաբռնիչով ֆիքսման հուսալի կառուցվածք: Յուրաքանչյուր թելը փաթեթավորված է առանձին փաթեթի մեջ, որի կառուցվածքը ապահովում է

				<p>հասանելիությունն առանձին ստերիլ թելին: Փաթեթի վրա նշված է արտադրողի անունը, ապրանքային նշանը, կատալոգային համարը, խմբաքանակի համարը, պիտանելիության ժամկետը, թելի նյութը, անվանական և մետրիկային չափը, գույնը, երկարությունը, ասեղի երկարությունը, տեսակի նշանը, կորությունը, քանակը, լրիվ չափի պատկերը: Փաթեթները տեղավորված են ընդհանուր տուփերի մեջ՝ խոնավությունից պաշտպանող պոլիէթիլենով կամ այլ թափանցիկ նյութով գործարանային փաթեթավորմամբ, տուփի վրա կրկնօրինակված են առանձին փաթեթի վրայի տվյալները: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUFC-ELXU72F-24/74 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	марка	технические характеристики
9	Johnson&Johnson, Ethicon-Endo	Johnson&Johnson, Ethicon-Endo	Johnson&Johnson, Ethicon-Endo Proleme	2 ասեղով չներծծվող վիրաբուժական թել, ստերիլ, սինթետիկ, մոնոֆիլամենտ, պատրաստված պոլիպրոպիլենի բյուրեղային ստերեոիզոմեր - սինթետիկ գծային պոլիլեֆին, ներկված վառ գույնով՝ վերքի մեջ նրա տեսանելիությունը լավացնելու համար, մետրիկային չափը 0.4, անվանական չափը 8-0, թելի երկարությունը 45սմ: Ասեղի տիպը ծակող, 3/8 շրջան, 6,5մմ երկարությամբ, տրամագիծը 0.1524մմ, պողպատի դասը 4310, պատրաստված կոռոզիայի նկատմամբ դիմացկուն խառնուրդից, մշակված սիլիկոնի կրկնակի շերտով, ինչը նվազեցնում է շփումը և հեշտացնում ասեղի անցումը հյուսվածքի միջով, ունի ասեղնաբռնիչով ֆիքսման հուսալի կառուցվածք: Յուրաքանչյուր թելը փաթեթավորված է առանձին փաթեթի մեջ, որի կառուցվածքը ապահովում է

				<p>հասանելիությունն առանձին ստերիլ թելին: Փաթեթի վրա նշված է արտադրողի անունը, ապրանքային նշանը, կատալոգային համարը, խմբաքանակի համարը, պիտանելիության ժամկետը, թելի նյութը, անվանական և մետրիկային չափը, գույնը, երկարությունը, ասեղի երկարությունը, տեսակի նշանը, կորությունը, քանակը, լրիվ չափի պատկերը: Փաթեթները տեղավորված են ընդհանուր տուփերի մեջ՝ խոնավությունից պաշտպանող պոլիէթիլենով կամ այլ թափանցիկ նյութով գործարանային փաթեթավորմամբ, տուփի վրա կրկնօրինակված են առանձին փաթեթի վրայի տվյալները: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:</p>
--	--	--	--	---