

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիավանտ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ziehm Imaging	Vision RFD 3D, Ziehm Imaging	Vision RFD 3D	Ziehm Imaging	Ռենտգեն Անգիոգրաֆիկ համակարգի կազմը C-աձև աղեղ Ռենտգենյան պատկերի ընդունիչ Ռենտգենյան ճառագայթիչ Հատուկ ծրագրային ապահովում Կենտրոնում առկա Brainlab նավիգացիոն համակարգի հետ սինխրոնիզացիա Ինտեգրված աշխատանքային կայան 3D ծավալային ռեկոնստրուկցիաների համար C-աձև աղեղի շարժումները՝ մոտորիզացված C-աղեղի մոտորիզացված շարժումը 4 առանցքների, իսկ մանուալ կառավարմամբ շարժումը՝ 4

առանցքների շուրջ C-աձև աղեղի ազատ տարածությունը սմ՝ 84 Իզոցենտրիկ ռեժիմ. Նկարահանման օբյեկտի՝ տեսադաշտի կենտրոնում պահպանում պտույտի դեպքում Ճառագայթիչի մոտորիզացված օրբիտալ պտույտի միջակայքը աստիճան՝ 165 Ճառագայթիչի մոտորիզացված անկյունային պտույտի միջակայքը աստիճան՝ 450 Մոտորիզացված հորիզոնական շարժման միջակայքը, սմ՝ 22 Ֆոկուս-դետեկտոր հեռավորություն, սմ՝ 105

C-աձև աղեղի պտտման առավելագույն արագությունը անկյունային և օրբիտալ պտույտների ժամանակ՝ աստիճան/վրկ՝ 15 C-աձև աղեղի պտույտների և շարժումների կառավարման վահանակ՝ սեղանի ցանկացած կողմից ամրանալու հնարավորությամբ Կառավարման սենսորային մոդուլ՝ ավտոմատ դիրքավորման և կլինիկական ծրագրերի կառավարման հնարավորությամբ Կառավարման ջոստիկային տիպի վահանակ Կառավարման վահանակից C-աձև աղեղի պահպանված դիրքեր

ընդունելու հնարավորություն  
Բախումներից պաշտպանության  
համակարգ՝ C-ածա աղեղի  
պտույտների ժամանակ  
Ռենտգենյան պատկերի ընդունիչ  
Ընդունիչի տեսակը՝ CMOS  
Դետեկտորի աշխատանքային  
դաշտի երկարությունը, սմ՝ 31  
Դետեկտորի աշխատանքային  
դաշտի լայնությունը, սմ՝ 31  
Դետեկտորի մատրիցայի  
թողունակությունը պիքսել՝ 3072 ×  
3072 Դետեկտորի մատրիցայի  
տարածական լուծանելիությունը,  
գույգ գիծ/սմ՝ 2.5 Դետեկտորի  
մատրիցայի պիքսելի չափը մկմ՝ 100  
Չրոյական տարածական  
հաճախականություններում  
քվանտային արդյունավետությունը,  
%՝ 75 Դետեկտորի տեսադաշտերի  
քանակը 3 Ռենտգենյան սնուցող  
սարք Նոմինալ հզորությունը, կՎտ՝  
30, Անոդային լարման նվազագույն  
արժեքը, կՎ՝ 40 Անոդային լարման  
առավելագույն, կՎ՝ 120  
Ռենտգենոգրաֆիայի ռեժիմում  
անոդային հոսանքի փոփոխության  
միջակայքը, մԱ՝ 1,5 - 300, օպտիմալ  
միջակայքը՝ մինչև 75մԱ

Իմպուլսային ռենգենոսկոպիայի  
ժամանակ կադրերի ստացման  
հաճախականության փոփոխության  
միջակայքը, կադր/վրկ` (1 - 25)  
Խողովակի ջերմային  
ծանրաբեռնվածության  
կառավարման համակարգ  
Ռենտգենյան ճառագայթիչ  
Համակարգի ջերմունակությունը,  
ՋՄ` 10,000,000, Անոդի սառեցման  
արագությունը ՋՄ/ր` 85,000  
Ռենտգենյան խողովակի Ֆոկուսային  
կետի նվազագույն չափը մմ` 0.3  
Ֆոկուսի առավելագույն չափը մմ`  
0.6 Տեսադաշտի ֆորմատով  
դիաֆրագմայի ավտոմատ  
կարգաբերում Վիրահատարանում  
ընթացիկ, ռեֆերենտ, ծավալային  
ռեկոնստրուկցիոն պատկերների  
դուրսբերման հեղուկ-բյուրեղային  
բարձր պայծառության բժշկական  
մոնիտորներ` 2 x 19 դյույմ  
Պատկերների թվայնացման  
խորությունը բիթ` 16 Արխիվագման  
հզորությունը` 100,000 պատկեր  
Պատկերների հետմշակման  
ծրագրային ապահովում  
(կոնտրաստավորման և  
պայծառության կարգավորում,

<b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b>				
<b>предлагаемого товара</b>				
ООО Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 04L-EU&U12P-24/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.				
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
1				
				<p>պատկերի պտտում, աննոտացիաներ) Անոթների քարտեզագրման ծրագրային ապահովում (roadmapping) Անոթների ստենդի գնահատման ծրագրային ապահովում Ռենտգենոսկոպիկ պատկերների տեսահանգույցի պահպանման և սլայդարկման ֆունկցիա Առանց ճառագայթման վիրտուալ կոլիմացիա Կերչին պատկերի պահման ֆունկցիա Ցածրորդային տեխնիկական հատկությունները նախադրված ռենտգենոսկոպիայի ռեժիմներ Ինտեգրված աշխատանքային կայան 3D ծավալային ռեկոնստրուկցիաների համար Անոթների անալիզի ծրագրային ապահովման ֆունկցիա - ապադիմակավորում - սուբտրակցիա իրական ժամանակում - պիքսելների շեղմամբ կարգավորում (pixelshift) 3D վերակառուցում 3D պատկերների դիտման և մշակման հնարավորություն Ճավալների և կտրվածքների վերակառուցում Կենտրոնում առկա Brainlab նավիգացիոն համակարգի հետ սինխրոնիզացայի առկայություն</p>

				<p>Եռաչափ պատկերների փոխանցում Brainlab համակարգին DICOM - համատեղելիություն Այլ պայմաններ 12 ամիս երաշխիք ամբողջ համակարգի, այդ թվում խողովակի և դետեկտորային համակարգի Տեղադրման աշխատանքների կատարում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից Աշխատակազմի ուսուցում տեղում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից Ապրանքը նոր է, չօգտագործված Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO 13485 ISO 9001:2015 CE Mark (Directive 93/42/EEC) FDA</p>
--	--	--	--	--