

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/6 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	pH մետր	pH մետր	Չափվող պարամետրերը՝ pH, pX±, OվՊ: pH-ի չափման միջակայքը՝ -2-ից 20, pH-ի չափման ճշտությունը՝ 0,002%, ± 0,01 pH և ավելի ցածր: Իոնների որոշման ճշտությունը 0,5% և ավելի ցածր: Հիշողությունը ոչ պակաս, քան 250 անալիզ, փոխվող էլեկտրոդների և ավտոմատ թերմոկոմպենսացիայի հնարավորություն, USB- ելք, տրամաչափարկման լուծույթներ, առնվազն pH=4 և pH=7:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «ВИОЛА» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԱԿԻ-ԲԱՃԱՊՁԲ-24/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
1			