

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Էնդոսկոպիկ վիրահատական հավաքածու	RZ	RZ Medizintechnik	RZ Medizintechnik GmbH	Ցիստոսկոպ 12°, Ø4,0 մմ, շափյուղե ոսպնյակներով, լազերային զոդման տեխնոլոգիայով, ավտոկլավացվող 1 հատ Աշխատանքային տարր, երկբևեռ, պասիվ, տիտանե, մեկ ցողունային համակարգ, պտտվող բթի բռնակով, միակցիչը համատեղելի լեհական Emed Spectrum միավորի հետ 1 հատ Ռեգեկտոսկոպի պատյան, շարունակական հոսքով, 26 CH, պտտվող, QL արագ անջատման համակարգ, թեք կերամիկական ծայր, 1 հատ Վիզուալ օբտուրատոր, 24 / 26 Charr. 1 հատ Վիզուալ

օբտուրատորի պատյան 24/26 CH  
համար 6 CH աշխատանքային  
կանալով 1 հատ Կտրող հանգույց  
երկբևեռ էլեկտրոդ 24 Charr.,  
վոլֆրամից, անկյունային, 12/30  
տելեկոպի համար դեղին/կապույտ,  
2 հատ Collins դանակ երկբևեռ  
էլեկտրոդ 24 Charr., սրածայր,  
դեղին/կապույտ 1 հատ  
Կոագուլյացիայի երկբևեռ էլեկտրոդ,  
գլանաձև 24 Charr., Ø3 մմ, դեղին/  
կապույտ 1 հատ Ֆասցիայի կարիչ,  
2,8մմ բրգաձև ծայրով, սուր,  
աշխատանքային երկարությունը  
առնվազն 170 մմ 1 հատ  
«Մենցենբաումի» մկրատ, 5մմ,  
ուղիղ, սուր ծայրով,  
աշխատանքային երկարությունը  
առնվազն 330 մմ, բռնակը  
ածխամանրաթելից, առանց  
փականի 1 հատ Էնդոսկոպիկ  
արտածծման համակարգ փականով,  
փականները «Տրումպետ» տիպի,  
փոխարինվող, գունային  
տարբերակամաբ, առնվազն 5մմ և  
10մմ փոխարինվող խողովակներով,  
միակցիչը ունիվերսալ կոնաձև 1  
հատ Արթրոսկոպ 30° տեսադաշտի  
ուղղությամբ, Ø4,0 մմ,

աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 175 մմ, ավտոկլավող, 1 հատ Բարձր հոսքի արթրոսկոպի պատյան 2 կանգառով, Ø6,0 մմ, կարմիր QUICK-LOCK-ով, 0°/30°/45°/70° տելեսկոպների համար, 1 հատ Տրոկար սուր, Ø6,0 մմ աշխատանքային պատյանների համար սվինների և QL լիսեռի կողպման համակարգի համար, 1 հատ Ներհոսքի կաննուլա, ամբողջական, 4,5 մմ 85 մմ աշխատանքային երկարությունը, պատյան, տրոկար, խցանիչ և ոռոգման ադապտեր, 1 հատ DUCKBILL Basket Դակիչ ծնոտը ուղիղ (M), ուղիղ առանցքի օղակաձև բռնակ, 1 հատ DUCKLING Basket Punch ուղիղ ծնոտ (M), ուղիղ լիսեռ օղակաձև բռնակ, 1 հատ BASKET PUNCH 2,7 մմ, ուղիղ ծնոտ, ուղիղ առանցքի օղակաձև բռնակ, 1 հատ SCOOP Basket Punch 1,3 մմ, ուղիղ ծնոտ, լիսեռ ձախ կոր օղակաձև բռնակ, 1 հատ SCOOP Basket Punch 1,3 մմ, ուղիղ ծնոտ, առանցքը աջ կոր օղակաձև բռնակ, 1 հատ BASKET PUNCH 1,6 մմ, ուղիղ ծնոտներ, վերև կոր լիսեռի

օղակաձև բռնակ, 1 հատ BACKBITER  
Դակիչ ձախ կտրող, ուղիղ լիսեռի  
օղակաձև բռնակ, 1 հատ BACKBITER  
Դակիչ աջ կտրող, ուղիղ լիսեռի  
օղակաձև բռնակ, 1 հատ SHARK  
Grasping Forceps ուղիղ ծնոտ, ուղիղ  
լիսեռ Slide Lock բռնակով, 1 հատ  
Hook գոնդ արթրոսկոպիայի համար,  
1 հատ Միաբևեռ արթրոսկոպիայի  
ասեղ էլեկտրոդ 90° թեքված, Ø4,0  
մմx0,6 մմ, աշխատանքային  
երկարությունը 115 մմ 4 մմ  
միացում, բռնակներով  
օգտագործման համար, 1 հատ  
Մոնոբևեռ արթրոսկոպիայի  
գնդիկավոր էլեկտրոդ Ø3 մմ,  
աշխատանքային երկարությունը  
115 մմ 4 մմ միացում, բռնակներով  
օգտագործման համար, 1 հատ  
Արթրոսկոպիայի սափրիչ սարք,  
ամբողջական սարք, միկրոշարժիչով  
և ոտքի անջատիչով, 1 հատ  
Ռեժիմները առնվազն առաջ, հետ,  
օսցիյացիա: Արագության  
միջակայքը՝ առաջ/հետ առնվազն  
500-8000պ/ր, օսցիյացիա առնվազն  
500-3500պ/ր: Օսցիյացիաի տիպերը  
առնվազն 9: Ոտնակի կոճակները  
առնվազն՝ սկիզբ/ավարտ,

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

<p>Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 004P4-EU24-12F-24/5 ниже</p>					<p>արագության կարգաբերում, կտրվածքի պատուհանի կարգաբերում, պտույտի ուղղություն, ռեժիմներ, օսցիյացիայի ռեժիմների ընտրություն: Միկրոշարժիչը բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող, կոճակները արևմտյան` սկիզբ/ավարտ արագության կարգաբերում,</p>
<p>Номер лота</p>			<p>Предлагаемый товар</p>		<p>կտրվածքի պատուհանի կարգաբերում, պտույտի տեխնիկական հատկանիշներ, ուղղություն, ռեժիմներ,</p>
<p>1</p>	<p>фирменное наименование Էնդոսկոպիկ վիրահատական հավաքածու</p>	<p>товарный знак RZ</p>	<p>марка RZ Medizintechnik</p>	<p>наименование производителя RZ Medizintechnik GmbH</p>	<p>օսցիյացիայի ռեժիմների ճիստահիշակալի 12°, Ø4,0 մմ, 2ախյուղե ընտրություն: Քաշը ոչ ավել քան ուսանյակներով, լազերային գոտման 350գ: Պաշտպանության դասը ստերիլիզացիայի, ավտոկլավացվող 1 արևմտյան IP X8: Անվտանգության հատվածի անվտանգային տարի, վկայագրերի արևայություն երկբևեռ, պասիվ, տիտանե, մեկ արևմտյան` EN 60601-1-A1:2015 ցողունային համակարգ, անտոկող վկայագրեր և ստանդարտներ բոլոր բնակող, միանցիչը արևմտյան` MDSAP, ISO 13485: համատեղելի լեռական Emed բազմակի օգտագործման արթոսկոպիկ սպիտիչի սայր խորը ինտեգրացիայի պատյան, կտրվածքով WAVE CUTTER տիպի Ø 2արիունակական հոսքով, 26 CH, 5.0 կտրող մասը ամբողջապատ 1 պատկով, QL արագ անջատման հատ բազմակի օգտագործման համակարգ, թեք կերամիկական արթոսկոպիկ սպիտիչի սայր արագ օայր, 1 հատ Վիզուալ օբտուրատոր, կտրվածք PIT BULL տիպի Ø 5.0, 24 / 26 Charr. 1 հատ Վիզուալ կտրող մասը ամբողջապատ, 1 հատ</p>



					<p>աշխատանքային մեղմարժեքային ոչ պարզապես 1175 ըմբ. սպարոկցամեղդ 1 հատ Եստք ձրի ինտեքթ սաղմբեկոպի օգտայգրն Ձկանն գանեռնկա Չճ, Թակի ապահովմիդ ՎԱՆԱԿԵՐՕՐԿ և զվազն 073 05 0453 486: ՄԻԸՏԱԲԿ Կարկերի համար ձի ընտրի Տղա կրճորոս թարև Չճ, 0 զմ ընտրի կոցրոստե ըպպիկապ ըտախ ԲԻՆԵՐՖ</p>
					<p>համար սվինների և QL լիսեռի կողպման համակարգի համար, 1 հատ Ներհոսքի կանսուլա, ամբողջական, 4,5 մմ 85 մմ աշխատանքային երկարությունը, պատյան, տրոկար, խցանիչ և ոռոգման ադապտեր, 1 հատ DUCKBILL Basket Դակիչ ծնոտը ուղիղ (M), ուղիղ առանցքի օղակաձև բռնակ, 1 հատ DUCKLING Basket Punch ուղիղ ծնոտ (M), ուղիղ լիսեռ օղակաձև բռնակ, 1 հատ BASKET PUNCH 2,7 մմ, ուղիղ ծնոտ, ուղիղ առանցքի օղակաձև բռնակ, 1 հատ SCOOP Basket Punch 1,3 մմ, ուղիղ ծնոտ, լիսեռ ձախ կոր օղակաձև բռնակ, 1 հատ SCOOP Basket Punch 1,3 մմ, ուղիղ ծնոտ, առանցքը աջ կոր օղակաձև բռնակ, 1 հատ BASKET PUNCH 1,6 մմ, ուղիղ ծնոտներ, վերև կոր լիսեռի</p>

օղակաձև բռնակ, 1 հատ BACKBITER  
Դակիչ ձախ կտրող, ուղիղ լիսեռի  
օղակաձև բռնակ, 1 հատ BACKBITER  
Դակիչ աջ կտրող, ուղիղ լիսեռի  
օղակաձև բռնակ, 1 հատ SHARK  
Grasping Forceps ուղիղ ծնոտ, ուղիղ  
լիսեռ Slide Lock բռնակով, 1 հատ  
Hook գոնդ արթոսկոպիայի համար,  
1 հատ Միաբևեռ արթոսկոպիայի  
ասեղ էլեկտրոդ 90° թեքված, Ø4,0  
մմx0,6 մմ, աշխատանքային  
երկարությունը 115 մմ 4 մմ  
միացում, բռնակներով  
օգտագործման համար, 1 հատ  
Մոնոբևեռ արթոսկոպիայի  
գնդիկավոր էլեկտրոդ Ø3 մմ,  
աշխատանքային երկարությունը  
115 մմ 4 մմ միացում, բռնակներով  
օգտագործման համար, 1 հատ  
Արթոսկոպիայի սափրիչ սարք,  
ամբողջական սարք, միկրոշարժիչով  
և ոտքի անջատիչով, 1 հատ  
Ռեժիմները առնվազն առաջ, հետ,  
օսցիյացիա: Արագության  
միջակայքը՝ առաջ/հետ առնվազն  
500-8000պ/ր, օսցիյացիա առնվազն  
500-3500պ/ր: Օսցիյացիաի տիպերը  
առնվազն 9: Ոտնակի կոճակները  
առնվազն՝ սկիզբ/ավարտ,



արագության կարգաբերում,  
կտրվածքի պատուհանի  
կարգաբերում, պտույտի  
ուղղություն, ռեժիմներ,  
օսցիյացիաի ռեժիմների  
ընտրություն: Միկրոշարժիչը  
բազմակի օգտագործման,  
ավտոկլավվող, կոճակները  
առնվազն` սկիզբ/ավարտ,  
արագության կարգաբերում,  
կտրվածքի պատուհանի  
կարգաբերում, պտույտի  
ուղղություն, ռեժիմներ,  
օսցիյացիաի ռեժիմների  
ընտրություն: Քաշը ոչ ավել քան  
350գ: Պաշտպանության դասը  
առնվազն IP X8: Անվտանգության  
վկայագրերի առկայություն  
առնվազն` EN 60601-1-A1:2015  
Վկայագրեր և ստանդարտներ  
առնվազն` MDSAP, ISO 13485:  
Բազմակի օգտագործման  
արթոսկոպիկ սափրիչի սայր նուրբ  
կտրվածքով WAVE CUTTER տիպի Ø  
5.0, կտրող մասը ադմանդապատ, 1  
հատ Բազմակի օգտագործման  
արթոսկոպիկ սափրիչի սայր արագ  
կտրվածք PIT BULL տիպի Ø 5.0,  
կտրող մասը ադմանդապատ, 1 հատ

Բարձր ճնշման կոմպրեսիոն համակարգ, առնվազն մեկ կանալային, 1 հատ հոսքը ոչ պակաս քան 4,6լ/ր, ճնշման միջակայքը առնվազն 0-600 մմսս, պոմպի տիպը՝ մեմբրանային, ժամանակի ընտրության միջակայքը առնվազն 0-240ր, լրակազմում մանժետներ ստորին վերջույթների համար Համակարգի սարքերի մոլտքային լարումը միաֆազ, 230Վ  $\pm 10\%$ : Հաճախականություն 50 / 60 Հց  $\pm 1$  Հց: Ոչ պակաս քան 12ամիս երաշխիք ամբողջ համակարգի համար: Տեղադրման աշխատանքների կատարում մասնագետի կողմից: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում, մասնագետի կողմից: Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն : Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Ապրանքը պետք է լինի արտադրված ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում : Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար:

					<p>Բնութագրում նշված բոլոր սարքավորումները և պարագաները պետք է լինեն բազմակի օգտագործման, ունենան որակի ապահովման վկայագրեր՝ առնվազն CE, ISO13485, MDSAP: Կտրող գործիքների կարծրության գործակիցը ոչ պակաս քան HRC67</p>
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------