

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	MW150	Milwaukee	<p>pH տիրույթ: -2.00-ից մինչև 20.00 pH ՕՎՊ տիրույթ: ±2000.0 մՎ Ջերմաստիճանի տիրույթ: -20.0-ից մինչև 120.00°C (-4.0-ից մինչև 248.0°F) Թույլատրելի շեղում: ±0.01 pH Թույլատրելի շեղում: ±0.1 մՎ Թույլատրելի շեղում: ±0.1°C (0.1°F) Ճշտություն: ±0.01 pH 25°C / 77°F-ում Ճշտություն: ±1 մՎ Ճշտություն: ±0.4°C ±0.8°F pH տրամաչափում: մինչև 3 կետ, ավտոմատ pH տրամաչափում 3 ստանդարտ բուֆերներ (pH 4.01, 7.01, 10.01) Ջերմաստիճանի Կոմպենսացիա: ավտոմատ, -20.0-ից մինչև 120.0°C (-4.0-ից մինչև 248.0°F) կամ ձեռքով (առանց ջերմաստիճանի տվիչի) pH Էլեկտրոդ: MA917B/1 ապակյա, կրկնակի միացումով pH Էլեկտրոդ` ներառված է Ջերմաստիճանի տվիչ: MA831R` ներառված է Էլեկտրասնուցում: 12VDC` ներառված է Մարտկոցի տևողություն` 8 ժամ օգտագործման Ավտոմատ անջատում` Ընտրովի 5, 10, 30, 60 րոպե Շրջակա միջավայր: 0-ից 50°C / 32-ից 122°F; առավելագույն RH 95% Չափեր: 230 x 160 x 95 մմ (9.0 x 6.3 x 3.7") Բաշ: 0.9 կգ / (2.0 ֆունտ) Երաշխիք: 1 տարի չափիչ սարքի համար</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԱԿԻ-ԲԱՃԱՊՁԲ-24/6
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
1			