

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ար.մեդտեխնիկա ՍՊԸ-ն ԿՄ-ՆԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/27 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Նորածինների լուսային տաքացուցիչ	Ապրանքային նշան	Մակնիշ	Արտադրողի անվանում	Նորածինների լուսային տաքացուցիչ Տաքացուցիչը պետք է նախատեսված լինի նորածիններին ջերմային աջակցություն տրամադրելու համար, ծանր հիվանդ նորածինների համար, ովքեր պահանջում են մշտական բուժքույրական միջամտություն, և նորածինների համար, ովքեր ենթարկվում են բուժման: Տաքացուցիչը պետք է ունենա առնվազն հետևյալ կառուցվածքային մասերը՝ ցածր ճնշման արտածծիչ, հորիզոնական հարթության վրա կարգավորվող

ճառագայթման մոդուլ, ներքնակի թեքման ազատ քայլով կարգավորվող միավոր, ռենտգեն հետազոտության համար

Նախատեսված պնակ, առնվազն մեկ լույսի աղբյուր: Տաքացուցիչը մաշկի ջերմաստիճանի կառավարումը պետք է իրականացնի միկրոհամակարգչային տեխնոլոգիայով: Տաքացուցիչը պետք է լինի շարժական, ունենա 4 արգելակներով անիվներ և մեկ դարակ: Հոսանքի սնուցումը պետք է լինի 220V 50Hz: Էլեկտրաէներգիայի սպառումը առավելագույնը 700VA:

Օդային ռեժիմում ջերմային միջակայքը պետք է լինի 25°C- 37°C: Պետք է ունենա ջերմաստիճանի փոփոխություններից ահազանգի գործառույթ որը կաշխատի 38°C-ից սկսած օդային ռեժիմում: Պետք է ունենա High mode, որի ջերմային միջակայքը՝ 37.1°C- 38.0°C: High mode-ի ջերմային ահազանգը պետք է լինի 39°C-ից սկսած: Ջերմային շեղման ահազանգը պետք է լինի  $\pm 1^\circ\text{C}$ : Մաշկի սենսորի զգայունությունը պետք է լինի ոչ ավել քան  $\pm 0.3^\circ\text{C}$ . Ներքնակի

				<p>ջերմային միատարրությունը չպետք է գերազանցի 2.0° C-ը: Տաքացման մեկ ցիկլի տևողությունը չպետք է գերազանցի 30 րոպեն: Պետք է ունենա APGAR ժամանակաչափ, որը պետք է ունենա 1րոպե, 5րոպե, 10րոպե չափելու հնարավորություն: Տաքացուցիչը պետք է ունենա LED էկրան, մաշկի ջերմաստիճանի սենսոր: Տաքացուցիչը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Պետք է լինի գործարանային տուփով: Մատակարարը պետք է տրամադրի 12 ամիս երաշխիք մատակարարման պահից սկսած: Տաքացուցիչը առնվազն պետք է ունենա մատակարարման պահին վալիդ CE սերտիֆիկատ:</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ар.Медтехника ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУ-УРЧ-ЕЦДЦПЗР-2024/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					