

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԴ-ԻՄՊԵՔՍ ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/64 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
64	Rubella IgG ստուգիչ թեստ, ARCHITECT i1000	Abbott GmbH	Abbott GmbH	Abbott GmbH	Rubella IgG կոնտրոլ` նախատեսված ARCHITECT i1000 սարքավորման համար: 3 սրվակ (յուրաքանչյուրը 8,0 մլ): Պահպանիչներ` նատրիումի ազիդ և ProClin 950: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՄԵԴ-ԻՄՊԵՔՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/64 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
64	Rubella IgG ստուգիչ թեստ, ARCHITECT i1000	Abbott GmbH	Abbott GmbH	Abbott GmbH	Контроль краснухи IgG для прибора ARCHITECT i1000. 3 флакона (по 8,0 мл каждый). Консерванты: азид натрия и ProClin 950. Наличие сертификата качества.