

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Բոնանգա» ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/83 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Medtronic	DxTerity	Medtronic	<p>Ախտորոշիչ կաթետր, ունի չվնասող ռենտգենկոնտրաստ դիստալ ծայր, մաքսիմալ Ճնշումը 1200psi, չափսերը՝ 5Fr` 0,047'' ներքին տրամագծով, և 6Fr` 0,056'' ներքին տրամագծով, երկարությունները ըստ համապատասխան ձևերի 100սմ-ից մինչև 125սմ ներառյալ, կաթետրի ծայրի ձևերը JL3.5, JL4.0, JL 4.5, JL 5.0, JL 6.0, JR3.5, JR 4.0, JR 5.0, JR 6.0, AL1.0, AL2.0, AL3.0, AR1.0, AR2.0, AR MOD, MPA, MPB, IMA, PIG:</p> <p>Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույթները. Յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված</p>

				<p>տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: Արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել սորով: Արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել սորով: Ապրանքի փոխարինումը պետք է իրականացվի երկու ամսվա ընթացքում:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Бонанза» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЁУРЧ-ЕЦХЦПР-24/83 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2				