

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ս.Ա.Վ. ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՏՁՀ-ԷԱՃ-ԲՍԱՊՁԲ-2024/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Էլեկտրասրտագրիչ	Էլեկտրասրտագրիչ	Էլեկտրասրտագրիչ	Էլեկտրասրտագրիչ	ԷՍԳ շարժական // Electrocardiograph portable // Портативный электрокардиограф Ձայնագրող ԷՍԳ արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ, Ձայնագրող կանալներ. 1/3/6/12, օգտագործողի ընտրությամբ, LCD դիսփլեյ. անկյունագիծը ոչ պակաս քան 8, Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ, Չգայունություն, մմ / մվ՝ ոչ պակաս քան 5, 10, 20, ավտոմատ, Կարգաբերման ազդանշան. ավտոմատ և ձեռքով, ԷՍԳ չափումներ՝ բոլոր արտածումները, միջին, ճշգրտված

HR- ի միջին RR PR- ի միջակայքում QRS տևողություն QT ընդմիջում և QTc միջակայք, Hodges, Bazzet և Fridericia- ի բանաձևերով առավելագույն R [V5] կամ [V6] և S [V1, Սոկոլով-Լիոն ինդեքս P, R, T առանցք, Հաճախականությունների սահմանը, Hz ախտորոշիչ.

Դեֆիբրիլյացիայի պաշտպանությունը ստ AAMI / IEC 60601-2-25: 2011 ստանդարտներ, Չֆիլտրացված՝ ոչ պակաս քան 0,05... 150 Հg, Ձայնագրիչ. INOP-ի կառավարումն անկախ յուրաքանչյուր էլեկտրոդի և պեյսմեյկերի հայտնաբերման համար, Ձայնագրման եղանակը՝ ջերմային թուղթ Տարլուծումը առնվազն՝ 8 կետ / մմ, Ձայնագրման արագությունը՝ մմ / վրկ՝ 5 /10 / 25/50 օգտագործողի կողմից ընտրելի, Ներքին վերալիցքավորվող մարտկոց, Մարտկոցի գործարկման ժամանակը. ոչ պակաս քան 90 րոպե, Միացման ձևը՝ ստանդարտ կամ կաբրերա, էլեկտրոսուղումը՝ 220 Վ / 50 Հg: Ռուսերեն և անգլերեն մենյուի առկայություն, Աքսեսուարներ՝ 1. Հիվանդի մալուխ, 2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6

				<p>Էլեկտրոդ, 3. 4 վերջույթների Էլեկտրոդներ, 4. 1 շիշ ԷՍԳ գել, 5. 2 թղթի փաթույթ, Լրակազմ և պարագաներ՝ Տեղադրում և մեկնարկ, Աշխատակազմի ուսուցում տեղում, Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն, Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար, Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս, Որակի վկայականներ (առկայություն)՝ ISO13485 կամ համարժեք, CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО С.А.В. ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՏՁՀ-ԷԱՃ-ԲԱԱՊՁԲ-2024/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Էլեկտրասրտագրիչ	Էլեկտրասրտագրիչ	Էլեկտրասրտագրիչ	Էլեկտրասրտագրիչ	ԷՍԳ շարժական // Electrocardiograph portable // Портативный электрокардиограф Ձայնագրող ԷՍԳ արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ, Ձայնագրող կանալներ. 1/3/6/12, օգտագործողի ընտրությամբ, LCD դիսփլեյ. անկյունագիծը ոչ պակաս քան 8, Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ, Չգայունություն, մմ / մվ՝ ոչ պակաս քան 5, 10, 20, ավտոմատ, Կարգաբերման ազդանշան. ավտոմատ և ձեռքով, ԷՍԳ չափումներ՝ բոլոր արտածումները, միջին, ճշգրտված

HR- ի միջին RR PR- ի միջակայքում QRS տևողություն QT ընդմիջում և QTc միջակայք, Hodges, Bazzet և Fridericia- ի բանաձևերով առավելագույն R [V5] կամ [V6] և S [V1, Սոկոլով-Լիոն ինդեքս P, R, T առանցք, Հաճախականությունների սահմանը, Hz ախտորոշիչ.

Դեֆիբրիլյացիայի պաշտպանությունը ստ AAMI / IEC 60601-2-25: 2011 ստանդարտներ, Չֆիլտրացված՝ ոչ պակաս քան 0,05... 150 Հg, Ձայնագրիչ. INOP-ի կառավարումն անկախ յուրաքանչյուր էլեկտրոդի և պեյսմեյկերի հայտնաբերման համար, Ձայնագրման եղանակը՝ ջերմային թուղթ Տարլուծումը առնվազն՝ 8 կետ / մմ, Ձայնագրման արագությունը՝ մմ / վրկ՝ 5 /10 / 25/50 օգտագործողի կողմից ընտրելի, Ներքին վերալիցքավորվող մարտկոց, Մարտկոցի գործարկման ժամանակը. ոչ պակաս քան 90 րոպե, Միացման ձևը՝ ստանդարտ կամ կաբրերա, էլեկտրոսնուցումը՝ 220 Վ / 50 Հg: Ռուսերեն և անգլերեն մենյուի առկայություն, Աքսեսուարներ՝ 1. Հիվանդի մալուխ, 2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6

				<p>Էլեկտրոդ, 3. 4 վերջույթների Էլեկտրոդներ, 4. 1 շիշ ԷՍԳ գել, 5. 2 թղթի փաթույթ, Լրակազմ և պարագաներ՝ Տեղադրում և մեկնարկ, Աշխատակազմի ուսուցում տեղում, Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն, Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար, Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս, Որակի վկայականներ (առկայություն)՝ ISO13485 կամ համարժեք, CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	---