

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/71 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Դոնորական արյան պարկերի խողովակի շարժական գոդիչ	Դոնորական արյան պարկերի խողովակի շարժական գոդիչ	Դոնորական արյան պարկերի խողովակի շարժական գոդիչ	"Դոնորական արյան պարկերի խողովակի շարժական գոդիչ, որը բաղկացած է հիմնական մասից, RF գեներատորից և ձեռքի եռակցիչից, մատակարարող տուփից Սարքը ունի վերալիցքավորվող մարտկոց և մարտկոցով աշխատելու հնարավորություն Սարքի շարժական շահագործման համար այն պետք է երգոնոմիկ ճիշտ նախագծված լինի Չողման ժամանակը` 1-3 վայրկյան Չողված խողովակի տրամագիծը` 2,5-6 մմ միջակայք Չողման բեկորներում հեմոլիզի բացառում Սարքի մեջ գոդման խողովակի հեշտ տեղադրման հնարավորություն Չողման երկաթ գլխիկը պետք է ունենա թափանցիկ պաշտպանիչ շերտ Մարտկոցի լիցքավորման մասին տեղեկատվության առկայություն ցուցիչների վրա Էներգախնայողության

				<p>ռեժիմի առկայություն՝ մարտկոցի օպտիմալ աշխատանքի համար Չողման հատվածի վրա թվային ցուցիչի առկայությունը, որը նախատեսված է զոդման գործընթացի վերահսկման համար Հեշտ ինսամվոլ Քաշը՝ 1,17 կգ Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում</p> <p>Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար</p> <p>Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Ռրակի վկայականներ 1. ISO13485:2016. CE Mark - 2017/745 on Medical Devices (MDR), Annex IV</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ЕЦДЦПДР-24/71 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
6				