

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷՔՍՏՐԱ ՍՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/71 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|--------------------|-----------------------|---------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 5 | Infitek BCM-12A | BCM-12A | Infitek | "Արյան հավաքման բժշկական մոնիտոր (Կշեռք- ճոճանակ): Թվային Էկրանի առկայություն: Արյան ծավալի հավաքման գործառույթի առկայություն: Տարաների կարգավորման և կարգաբերման ֆունկցիայի առկայություն, որն ապահովում է չափման ճշգրտությունը: Փափուկ ցնցման ռեժիմի առկայություն, որը բարձրացնում է արյան մեջ օգտակար բաղադրիչների գոյատևման արդյունավետությունը: Նախանշված արժեքին հասնելու ժամանակ ավտոմատ տազնապ: Չափման միջակայքը 0-1200մլ տիրույթում ճշգրտությունը $\pm 2\%$: Էկրանի ցուցադրման ճշգրտությունը 1 մլ: Հավաքման արագությունը 0,5-3մլ / վրկ տիրույթում: Ճոճումների հաճախականությունը` 30-32 պտ/րոպե: Ճոճման անկյունը քան 13°: Էլեկտրոսնուցումը` 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>պարագաներ: Տեղադրում և մեկնարկ: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում: Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված: Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ 1. ISO13485 2. FDA</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЭКСТРА МОТОРС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ЕЦДЦПДР-24/71 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|------------------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 5 | | | | |