

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՏ ՍՊԸ-ն ԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Medtron Accutron CT-D	Accutron CT-D	CT-D	Medtron	<p>Առաջարկվող սարքը նախատեսված բացառապես հիվանդներին կոնտրաստային և ֆիզիոլոգիական լուծույթների ներարկման համար՝ համակարգչային տոմոգրաֆիայի և ռենտգեն մամոգրաֆիայի միջոցով հետազոտություններ իրականացնելու նպատակով:</p> <p>Առնվազն 80 պրոֆիլներ, յուրաքանչյուր պրոֆիլ բաղկացած 6 առանձին ծրագրավորվող ներարկման փուլերից Սարքը հագեցած ներարկման երկու կրիչներով, որոնք կառավարվում են միմյանցից անկախ Յուրաքանչյուր</p>

բլոկի արագությունը՝ 0,1 մ/վ - 10 մ/վ, 0,1 մ/վրկ քայլով Ներարկված ծավալներ. Կոնտրաստային Նյութ՝ 200 մլ Ֆիզիոլոգիական լուծույթ՝ 200 մլ Ընտրվող մասնակի ծավալ՝ 1 մ/վ-ից - 200 մ/վ, 1 մ/վրկ քայլով Ներարկման ճնշում՝ 5 - 21 բար, 1 բար/քառ. դյույմ քայլով Լցման արագությունը՝ 1 մ/վ-ից - 5 մ/վ, 1 մ/վրկ քայլով Պարապ ընթացքի արագությունը՝ 1 մ/վ-ից - 10 մ/վ, 1 մ/վրկ քայլով Ճշգրտություն՝ ծավալը՝  $\pm (1\% + 1 \text{ մլ})$ , արագություն՝  $\pm (1\% + 0,1 \text{ մ/վ})$ , ժամանակը՝  $\pm (1\% + 0,1 \text{ վրկ})$ , ճնշում՝  $\pm (5\% + 1 \text{ բար})$  Մարտկոցի առկայությունը Սենսորային Էկրանի առկայությունը Շարժման համար գլանների առկայություն Ներարկիչը համապատասխանում է բժշկական սարքերի համար DIN EN 60601-1-2 ստանդարտի պահանջներին՝ կապված միջամտության արտանետումների պարամետրերի և ցանցի միջամտության անձեռնմխելիության հետ, հատկապես ունի սինքրոնիզացման հնարավորություն Siemens 9018 հետ: Սնուցում՝ 220Վ/50Հց,

				<p>Հգորությունը 180W Լրակազմ՝ շարժական ներարկիչ՝ պտտվող ներարկման բլոկով, տաքացվող ներարկիչների բռնակով, սենսորային էկրան, սնուցման լար, կառավարման վահանակ, ռուսերեն/անգլերեն ձեռնարկ Ռրակի վկայագրերի առկայություն՝ ISO, CE Mark</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ПРОФТЕСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 9Р4-ЕЦДЦ72Р-24/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					